

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000680402020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **CT szimulátor**

Ajánlatkérő neve: **Markusovszky Egyetemi Oktatókórház**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2003387 7				
Postai cím:	Markusovszky Lajos Utca 5.						
Város:	Szombathely	NUTS-kód:	HU222	Postai irányítószám:	9700	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Balassi	János					
E-mail:	syntron@syntron.hu	Telefon:	+36 14532889	Fax:	+36 14532890		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://markusovszky.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_6718116 6				
Postai cím:	Bécsi Út 67						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1036	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Balassi	János					
E-mail:	syntron@syntron.hu	Telefon:	+36 14532889	Fax:	+36 14532890		
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

CT szimulátor

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés onkoradiológiai tervező CT szimulátor szállítására, üzembe helyezésére a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére.

Ajánlatkérő egy (1) db min. 16 szeletes onkoradiológiai tervező CT szimulátort kíván beszerezni, légzéskapuzással, karbonszálas páciensasztallal, lézeres betegpozícionáló rendszerrel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 227-556284

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 226

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma	
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57	25296826242	
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolta.		
Ajánlat értékelési részszempont szerinti tartalmi elemei:		
Értékelési szempont	Megajánlás	
Ajánlati ár (nettó Ft)	231231000	
A kötelező jótállási időn felüli többletjótállás mértéke (legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 36 hónap)	36	
Tablet alapú rugalmas mérés vezérlés [Igen/Nem]	Igen	
Kép alapú anatómiai beteg pozicionálási lehetőség [Igen/Nem]	Igen	
Gantrybe integrált beteg megfigyelő kamera [Igen/Nem]	Igen	
CT saját vezérlőpultról vezérelhető lézerpozicionálás [Igen/Nem]	Igen	
Legnagyobb tényleges generátor teljesítmény [legkedvezőtlenebb érték: 60 kW, legkedvezőbb érték: 80 kW]	75	
Egy körülfordulás alatt, gyűjthető szeletek száma [legkedvezőtlenebb érték: 32 db, legkedvezőbb érték: 64 db]	64	
Képkalkotásban résztvevő detektorelemek száma (a referencia detektor nélkül) [legkedvezőtlenebb érték: 672 db/sor, legkedvezőbb érték: 1000 db/sor]	920	
Légyékonyabb kollimálható szeletvastagság [legkedvezőtlenebb érték: 0,75 mm, legkedvezőbb érték: 0,5 mm]	0,6	
Tényleges adatgyűjtésre használt TRUE FOV max. mérete x,y síkban [legkedvezőtlenebb érték: 50 cm, legkedvezőbb érték: 70 cm]	60	
Páciens asztal felső síkjának legalacsonyabb magassága a befejezett padlószinhez képest [legkedvezőtlenebb érték: 65 cm, legkedvezőbb érték: 40 cm]	47	
Kettős energia szinttel végzett vizsgálatok, beleértve a vizsgálatok végzéséhez szükséges adatgyűjtési protokollokat, illetve a tetszőlegesen választott kV érték melletti megjelenítést is [Igen/Nem]		Igen
Automatikus szerv kontúrozó algoritmus legalább az alábbi test régiókra: fej-nyak, mellkas- emlő, has, kismedence [Igen/Nem]		Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2.	26231208207
A Kbt. 69.§ (5) bekezdés b) pont szerint figyelmen kívül hagyott ajánlattevő, ugyanis a kizáró okok tekintetében igazolásait ajánlatában részben benyújtotta, az ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására azonban nem nyújtotta be a még hiányzó igazolásokat a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében.	

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.

Ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 231231000

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2.

26231208207

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelennek minősül, mert nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést, illetve a kizáró okok körében nem nyújtotta be teljeskörűen az igazolásait. Az ajánlattevő az ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására nem nyújtotta be teljeskörűen a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásait (nem nyújtotta be a Kbt. 62. § (2) bekezdésében rögzített kizáró okok vonatkozásában a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát, az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében nem csatolta a referencianyilatkozatát/referenciaigazolását, az M/2. alkalmassági követelmény nem csatolta az ajánlatban megjelölt szakember tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberről, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, valamint a szakember nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés ideje alatt rendelkezésre fog állni).

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

2021.02.12

Lejárata:

2021.02.22

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.02.11

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.02.11

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárás cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2021.02.09 11:20:09	BalassiJanos

Összesen: 1 sor (1 / 1)