

21644-7/2017

Adásvételi szerződés

mely létrejött egyrészről a

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgató
KSH statisztikai számjel: 15813860-8610-312-18
Adószáma: 15813860-2-18
Számlaszám: 10047004-00333166-00000000, Magyar Államkincstár

mint **Vevő**

másrészről az

Neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft.
Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
Képviseli: Hantó Zsolt cégvezető
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-169523
Adószám: 10792333-2-43
Számlaszám: 10102244-04432806-00000007

mint **Eladó** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Vevő, adásvételi szerződés **Sebészeti torony és tartozékai** berendezés beszerzése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §. alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

Vevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány alapján ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

ajánlati felhívás – kiegészítő tájékoztatás(ok) – Dokumentáció – ajánlat.

Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák meg:

- a közbeszerzési eljárás Dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás során feltett kérdések és azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
- a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypótlások (amennyiben releváns)
- c) jelen szerződés.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.





1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

1.1.

Az Eladó eladja és **90** napon belül leszállítja, üzembe helyezi és sikeres próbatüzemet követően átadja Vevő részére az Eladó műszaki ajánlatában meghatározott

2. részajánlat: 1 db Sebészeti torony és tartozékai berendezést (a továbbiakban: készülék) a hozzá tartozó tartozékokkal, betanítással, valamint az Eladó ellátja az általa vállalt 12 hónap jótállás alatt a készülék karbantartását valamint meghibásodás esetén a javításokat.

1.2.

Az Eladó gyári új készülékeket köteles eladni, valamint leszállítani, az 1. számú mellékletben rögzített összeállításban és műszaki paraméterekkel.

1.3.

Az Eladó kötelezettsége magában foglalja a készülék helyszínre szállítását, a szükséges szerelési munkákat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelés-beszabályozást, az üzemeltető képviselőinek képzését.

1.4.

Kapcsolattartó személyek:

Vevő részéről:

név: Sarang Péter

tel.: 06 30 7301752

fax: 06 94 327 873

e-mail: sarang.peter@markusovszky.hu

név: Máté Péter

tel.: 06 30 2635165

fax: 06 94 327 873

e-mail: mate.peter@markusovszky.hu

Eladó részéről:

név: Rózsás Ákos

tel.: 06-20/286-9982

fax: 205-3077

e-mail: rozsas.akos@eo.hu

2. SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1.

Szerződő felek az 1. pontban meghatározott készülék vételárát tartozékokkal nettó **27.000.000,- Ft + ÁFA** összegben, azaz **34.290.000,-Ft.** forintban határozták meg.

2.2.

A vételárát a Vevő a leszállítást és telepítést, hibamentes beüzemelést és oktatást követően, szabályszerűen kiállított és a Vevő képviselője által teljesítés igazolt számla alapján az Eladó



Budapest Bank NyRt-nél vezetett 10102244-04432806-00000007 számú bankszámlájára átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

A számla benyújtásának feltétele: Vevő által történt teljesítés igazolás. (2. sz. melléklet - jegyzőkönyv)

A Vevő előleget nem fizet. Az Eladó részszámlát nem nyújthat be.

2.3.

A szerződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott készülék árát a behozatalukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatban felmerült összes költséggel együtt. A szerződéses ár ugyancsak tartalmazza az átadás-átvételhez szükséges összes költséget, így különösen az esetleges átalakítások, kivitelezés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés, kezelési oktatás, próbaüzemeltetés, valamennyi járulékos feladat, kötelezettség és a vállalt jótállás, valamint a jótállási idő alatti karbantartás teljes költségeit, jótállás idő alatt és az ebben az időszakban megjelenő újabb szoftver verziók/frissítések licencének és telepítésének díját is.

2.4.

A szerződő felek kijelentik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § figyelembe vételével járnak el a kifizetések során.

2.5.

A Vevő a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes időtartamára.

2.6.

Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

2.7.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, ÜZEMBE HELYEZÉS, A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

3.1.

Az Eladó az 1. sz. melléklet részét képező eszközöket/tartozékokat saját költségére szállítja a Vevő részére. A teljesítés helye a Vevő székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.



3.2.

Az Eladó feladata a készülék leszállítása és tárolásra, biztonságos őrzésre történő átadása a Vevő által biztosított területen, valamint a készülék telepítése, beüzemelése és a kapcsolódó munkák elvégzése.

3.3.

Szerződő felek a szerelési munkák befejezéséről és a készülék üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet vesznek fel. (1. számú jegyzőkönyv)

3.4.

Szerződő Felek a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel (2. sz. jkv.). Próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik a készülék összes kért és megajánlott funkciójának a kipróbálása és használatának ismertetése. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a készülék a Vevő részére történő műszaki átadása, valamint az áruk jótállási ideje is. A Vevő a teljesítés igazolást az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel egyidejűleg adja át az Eladó részére.

3.5.

Az üzembe helyezés és próbaüzem alatt felmerülő hibákat, illetve hiányosságokat az Eladó köteles haladéktalanul kiküszöbölni. Amennyiben a Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását, illetve az áruk átvételét bármilyen okból megtagadja, azonban azt ténylegesen mégis használatba veszi, a jelen pontban foglaltaknak megfelelően beállnak az átadás-átvétel joghatásai, így megkezdődik a jótállási idő illetve átszáll a kárveszély viselésének kötelezettsége.

A jegyzőkönyvet az Eladó és a Vevő köteles aláírni.

Az átadás-átvétel joghatásai abban az esetben állnak be, ha a Vevő az Eladó vonatkozó felhívását követő 30 nap elteltével sem hagy fel a készülék használatával, ebben az esetben az Eladó jogosulttá válik a számla kiállítására is. A készülék jelen pontban leírt, Vevő általi használatba vételét – a Vevő kifejezett nyilatkozata hiányában – nem lehet a Vevő részéről joglemondásként értelmezni.

3.6.

Az Eladó vállalja, hogy a 1. pontban meghatározott készülék használatára szükséges létszámú felhasználót betanít és tovább képez a szerződés 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint. A betanítás költségeit a vételár tartalmazza, azért külön költséget nem számol fel az Eladó.

3.7.

A szerződésben foglalt készülék a próbaüzem sikeres befejezését követően, - a vételár kiegyenlítésével - kerül a Vevő tulajdonába.

3.8.

A kárveszély viselése a beüzemelést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv (2. sz. jkv.) aláírásának napján száll át a Vevőre.



4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

4.1.

A szerződés keretében szállított készülékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlati Dokumentációban és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

4.2.

Az Eladó a készülékre 12 hónap időre vállal jótállást A jótállási idő kezdőpontja az átadás átvételről készült (2. sz.) jegyzőkönyv aláírásának a napja. Amennyiben jótállási idő alatt a készülék, vagy annak tartozékai rendeltetésszerű használat mellett meghibásodnak, vagy valamely, a műszaki paraméterek között megadott funkciója nem használható, a fennmaradó jótállási idő azzal az idővel meghosszabbodik, mely idő alatt a meghibásodott készülék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.

4.3.

A garanciális időszak alatt az Eladó semmilyen jogcímen költséget, díjat nem számíthat fel.

4.4.

Az Eladó vállalja, hogy a jótállási idő alatt térítésmentesen elvégze a gyártók által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozásokat. A jótállás ideje alatt történt meghibásodás esetén az Eladó vállalja, hogy a javítást az dokumentációban megadott határidőn belül megkezdi.

4.5.

Amennyiben az Eladó 72 órán belül - ha a készülék mérete és szállíthatósága ezt lehetővé teszi - a készüléket nem tudja megjavítani, úgy köteles a Vevővel egyeztetve csere készüléket biztosítani.

4.6.

Garanciális idő alatt, ha 30 nap alatt nem tudja a készüléket megjavítani, úgy köteles a készüléket egy azzal műszaki paramétereiben pontosan megegyező új készülékkel kicserélni.

4.7.

A Vevő köteles a készülék meghibásodását illetve hiányosságait annak észlelése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban közölni az Eladóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Vevő felelős. Az Eladó jótállás illetve szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a készülék rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján az Eladót felelősség nem terhelheti. Mentesül az Eladó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Vevőnek, vagy az általa megbízott harmadik személynek a készüléken végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba, a gépkönyvbe, a gépkönyv rendelkezéseibe, ill. a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.

4.8.

Az Eladót az általa nyújtott teljesítések vonatkozásában felelősség akkor terheli, ha valamely szerződésszegő magatartás vagy szerződésen kívüli károkozás neki felróható. Mentesül az Eladó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában



elvárható. Az Eladó az általa leszállított készülék által okozott, felmerült károkért vállal felelősséget.

4.9.

Az Eladó szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező készülék per-, igény- és tehermentességét.

4.10.

Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés aláírásakor a Vevő részére másolati példányban átad ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglétét igazoló dokumentumot, melyet a szerződés hatályáig fenntart.

5. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az Eladó köteles jelen Szerződés feltételeinek függvényében:

5.1.

Gondoskodni a berendezéssel és tartozékaival kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyek érvényességéről a szerződés időtartama alatt a jótállás ideje alatt.

5.2.

A tervezett karbantartási kiszállásokat időközönként teljesíteni, ezen kiszállásokat rendes munkaidőn belül, az Eladó által javasolt, majd az Eladó és a Vevő által egyeztetett időpontokban teljesíteni.

5.3.

A karbantartási kiszállások során, valamint a Vevő eseti hívására rendes munkaidőn belül a szükséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszerű módon elvégezni.

5.4.

A szokásos tervezett karbantartási kiszállások során a készülék működésével kapcsolatos aktuális betanítást biztosítani a használó részére.

5.5.

Meghibásodás esetén a reagálás ideje a hibabejelentéstől maximum 4 óra, a hibabejelentéstől a javítás megkezdéséig eltelt idő max. 24 óra. Hétvégét, illetve hivatalos ünnepet megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követő első munkanapon történik. Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a javítások a megkezdéstől számított legrövidebb időn belül befejezésre kerüljenek. Valamennyi említett esetben a kiszállást írásban (faxon, e-mailben) kell a Vevőnek kérni.

Híváskor elsősorban értesítendő az Eladó az általa megadott alábbi elérhetőségeken:

Tel: 205-3075

Fax: 205-3077

E-mail: szerviz@eo-hu



5.6.

Eladó köteles minden tervezett karbantartási kiszállást követően az elvégzett karbantartási munkák részleteiről és a beépítésre került alkatrészekről készült jelentést Vevő részére átadni a jótállás ideje alatt.

6. VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.

Vevő köteles biztosítani a készülék "mindennapos működéséhez szükséges karbantartását", a Felhasználói Kézikönyv és Eladó utasításai szerint, köteles továbbá biztosítani, hogy munkatársai rendelkezzenek a készülék használatához szükséges, megfelelő képzettséggel. Vevő köteles továbbá a készüléket gondosan kezelni és működtetni, károktól megóvni, különös tekintettel az időjárási hatásokra, nedvességre és porszenyvedésekre.

6.2.

Vevő köteles Eladó szervizmérnökei számára a szerződés szerint tervezett és javítási-karbantartási munkák elvégzéséhez és más tevékenységhez szükséges felszerelésnek megfelelő munkahelyet és valamennyi Készülékhez való hozzáférést és segítséget biztosítani.

6.3.

Vevő köteles a Készülék meghibásodásánál Eladót haladéktalanul írásban értesíteni.

6.4.

Vevő köteles az Eladó írásbeli hozzájárulása hiányában a készülék bármely kiegészítésétől, vagy megváltoztatásától tartózkodni.

6.5.

Vevő köteles minden karbantartási munkát, kizárólag az Eladóval, vagy Eladó által elfogadott harmadik személlyel végeztetni.

6.6.

A karbantartás nyújtása során szükséges, hogy az Eladó hozzáféréssel rendelkezzen a készülékhez, annak adatait megjeleníthesse, és/vagy arról számítógépes fájlokat tölthessen le, melyek személyes adatot tartalmazhatnak.

A személyes adat olyan, természetes személyre vonatkozó információt tartalmaz, amelynek alapján az érintett természetes személy közvetve, vagy közvetlenül azonosítható. A személyes adat tartalmazhat mind egészségügyi adatot (például kép, monitor adat, kórlap szám), mind nem egészségügyi adatot (például születési idő, nem). Eladó a személyes adatot kizárólag a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben és szigorúan a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok vonatkozásában Eladó titoktartásra köteles. Vevő kijelenti, hogy rendelkezik, illetve az Eladónak a Vevő IT hálózatához való távoli hozzáféréseinek aktiválását megelőzően rendelkezni fog a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, egyéb jogi jellegű kötelezettségvállalások, valamint saját belső szabályzatai alapján előírt felhatalmazásokkal arra, hogy engedélyt adjon az Eladó számára a személyes adatok kezelésére a jelen pontban szabályozottak szerint. Amennyiben a Vevő ilyen engedélyt nem tud az Eladó számára biztosítani, akkor köteles erről az Eladót értesíteni, és az Eladó és a Vevő jóhiszemű tárgyalásokat fognak folytatni arról, hogy lehetséges-e, és ha igen milyen feltételekkel a szolgáltatások nyújtása.





6.7.

Vevő köteles az Eladótól, vagy a gyártótól, vagy az Eladó által írásban felhatalmazott forgalmazótól beszerezett fogyó eszközöket használni.

7. A SOFTWARE ÉS A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVEK HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME ÉS BIZALMAS KEZELÉSE

Jelen Szerződés alapján Vevő számára hozzáférhetővé tett software és információk (a felhasználói kézikönyvek kivételével) nem kerülnek Vevő tulajdonába, Eladó biztosítja azonban Vevő számára a software illetve a felhasználói kézikönyvek nem kizárólagos használati jogát. Vevő nem jogosult a software illetve a felhasználói kézikönyvek reprodukálására, módosítására vagy kiegészítésére, kivéve saját back-up másolat készítése céljából közvetlen azzal a készülékkel való összefüggésben, amely számára a software-t rendelkezésre bocsátották. Vevő köteles továbbá tartózkodni Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül az ilyen software-ek vagy felhasználói kézikönyvek bármely nyilvánosságra hozatalától és semmilyen módon nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Vevő ezen kötelezettségét a Szerződés bármely okból történő időközbeni megszűnése sem érinti.

8. VIS MAIOR

8.1.

Vis maior felmerülése esetén az érintett fél jogosult jelen Szerződés végrehajtását a vis maior illetve az általa okozott késedelem időtartamára felfüggeszteni anélkül, hogy a vis maior által okozott késedelemből eredő bármely kárért felelne.

A vis maior által érintett fél köteles a másik szerződő felet ilyen vis maior körülmények fellépéséről haladéktalanul értesíteni.

8.2.

A "vis maior" kifejezés magában foglal és tartalmaz minden olyan történést vagy eseményt amely nem tartozik a felek ésszerű ellenőrzése körébe és amely következtében bármelyik fél nem tud eleget tenni kötelezettségeinek vagy ésszerűen nem várható el, hogy ezen kötelezettségeinek eleget tegyen. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: természeti katasztrófák, polgárháború, felkelés, tűz, áradás, sztrájk, járvány, szállítási embargó, bármely szükséges engedély, jogosítvány, és/vagy meghatalmazás beszerezhetetlensége, fuvarozási lehetőség ellehetetlenülése.

9. ALVÁLLALKOZÓ

Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó igénybevételeért az Eladó úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI

10.1.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba, kivéve amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében a Miniszterelnökségi tanúsítvány hatálybalépése későbbi időpontra esik, mert ebben az esetben a megállapodás a tanúsítvány kiállításának időpontjában lép életbe és 2017.....-ig érvényes.



10.2.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a Kbt. 143. §-a szerint, valamint a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásos értesítéssel, azonnali hatállyal felmondhatják.

10.3.

Az Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladná a szerződéses érték 15%-át (50 nap).
- amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a bíróság által felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban ellene,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik személy részére a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,

10.4.

Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a készülék telepítésének többszöri – minimum 2-szer – elmaradásának oka egyértelműen a Vevő indokolatlan magatartásának róható fel,
- amennyiben a számla megfizetésénél 90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

10.5.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége teljesítése alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott levélben elküldött írásos értesítéssel felmondani.

10.6.

A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétől és ezek ellenértékének kiegyenlítésétől.

10.7.

A szerződés érdekmúlással, azonnali hatállyal megszűnik, ha a készülék, rendszer megsemmisül, használhatatlanná válik és javítása lehetetlen.

10.8.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni, és ennek keretében Eladó köteles a Vevő részére mindazon eszközöket és helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerződés teljesítése céljából Vevőtől átvett.

10.9.

Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a



közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból:

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

11.1.

Az Eladó a szállítási ütemeknek a terhére felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik az alábbiak szerint:

A Vevő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből, illetve hibás teljesítésből származó kárigényét is érvényesíti.

11.2.

A Vevő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a meghiúsulásból származó kárigényét is érvényesíti.

A Késedelmi kötbér: a berendezés/tartozékok késedelmes leszállítása, üzembe helyezése és a próbaüzem lefolytatása esetén a késedelemmel érintett berendezés/tartozékok általános forgalmi adó nélküli egységárának 0,3%-a naponta. A leszállításra, üzembe helyezésre és a próbaüzem lefolytatására meghatározott határidők késedelmes teljesítését ide nem értve, a szerződés szerinti kötelezettségek felróhatóan késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélküli nettó ajánlati ár 0,5%-a naponta.

A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a késedelemmel érintett napok tekintetében a 20 napot, amennyiben meghaladja, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítés időpontjától a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a. A Vevő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 20 napi hibás teljesítésig érvényesíti. A 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén - a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó vevői igényeket nem érintve - a Vevő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

Hibás teljesítésnek minősül, ha az Eladó nem a szerződésben és az ajánlatában szereplő feltételeknek megfelelően teljesít, azaz ha a leszállított/telepített/üzembehelyezett berendezés/tartozékok nem felelnek meg az előírt műszaki követelményeknek és/vagy a szerződésben és/vagy a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, amely Eladónak a Ptk. 1:4. §-ának (1) bekezdése alapján felróható, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetni.



A meghírusulási kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított nettó ajánlati ár 30 %-a.

A meghírusulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghírusulási kötbér összegébe

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során a Kbt. és a Ptk. előírásaival összhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.

12.2.

A szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be.

12.3.

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minősül, s ezért Vevő honlapján közzéteszi.

12.4.

A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és Dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel próbálnak egyezsége jutni.

Ezek eredménytelensége esetére értékhartártól függően Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.5.

Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., továbbá az ajánlati felhívás, a Dokumentáció és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.

12.6.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. sz. melléklet - Szakmai specifikáció, Eladó által vállalt értékelési szempontok
2. sz.melléklet – jegyzőkönyv



Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, 4 db egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 (három) példánya a Vevőt, 1 (egy) példány az Eladót illet meg.

Szombathely, 2017. július 10.

.....
Vevő
Dr. Nagy Lajos, főigazgató
(kötelezettségvállaló)



.....
Eladó
Hantó Zsolt
cégvezető

Elektro-Oxigén
Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.
BBRT: 10102244-04432806-00000007
Adószám: 10792333-2-43
-9-

Jogi ellenjegyző:
Kelt:20..... hó nap
Szakmai ellenjegyző:
Kelt:20..... hó nap
Pénzügyi ellenjegyző:
Kelt:20..... hó nap

II. RÉSZAJÁNLAT:**Sebészeti toronyösszeállítás, thoracoscope-os felhasználásra**

Előírt paraméterek	Minimum feltételek	Megajánlott paraméterek
HD képalkotó rendszer:		
1 db Monitor:	Típust kérjük megadni!	9627NB
min. 27"-os Medikai kivitelű monitor	Igen Kérjük megadni!	Igen, 27"-os medikai kivitelű monitor
Felbontása: min. 1920*1080	Igen Kérjük megadni!	Igen, 1920x1080
Kép a képben funkció	Igen	Igen
Szabványos VESA rögzítés	Igen	Igen
1 db Kameravezérlő:	Típust kérjük megadni!	TC200EN
Min. HD (1920*1080) felbontású kameravezérlő egység, 3 Chippek HD kamerák fogadására.	Igen	Igen
Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek fogadására alkalmas eszköz	ELŐNY S=10	Igen
Magyar nyelvű menürendszer	Igen	Igen
USB-re történő HD felbontású kép és Video archiválás, nyílt (szabadon szerkeszthető) formátumban.	Igen	Igen
Szöveti struktúra kiemelő funkciók (PI: Spectra, NBI) megjelenítésére alkalmas.	Igen	Igen
Több szinten állítható digitális zoom	Igen	Igen
Kameravezérlő minimum 2 db DVI-D kimenettel rendelkezzen.	Igen	Igen
Min. tartozékok archiváláshoz: Cseppálló billentyűzet, touchpad vagy egér nagy kapacitású min (32 GB) pendrive, melyre minimum az egy napi műtétek lementhetők.	Igen	Igen, Cseppálló billentyűzet, touchpad, nagy kapacitású (32 GB) pendrive, melyre minimum az egy napi műtétek lementhetők
Fényforrás fényerő vezérlési lehetőség kameravezérlőn keresztül is megoldható legyen.	Igen	Igen
1 db Kamerafej:	Típust/ kérjük megadni!	TH100
HD felbontású (1920*1080) képalkotásra alkalmas	Igen	Igen
Kamerafej alkalmas legyen a szöveti struktúra kiemelő funkciók támogatására	Igen	Igen
Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlő vel kompatibilis	ELŐNY S=10	Igen

Storz

U

kivétel		
Kamerafejen min 2. db kamerafejgomb, melyek funkciói felhasználó által szabadon felprogramozhatók	Igen	Igen, 2 szabadon felprogramozható kamerafejgomb
Optikai Zoom megléte	min. 2X nagyítás	Igen, 2 x-es optikai zoom
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó készülék	Típust kérjük megadni!	Emed Spectrum
Mikroprocesszoros vezérlés	Igen	Igen
Választható, szerkeszthető programok	Igen	Igen
Grafikus nagyméretű LCD kijelző	Igen	Igen
Érintőkijelzős vezérlés	Igen	Igen
Érintőkijelző mérete 10" felett	Előny S=10 Igen/nem	Igen, 10,4"-os
A kijelző dönthető.	Előny S=10 Igen/nem	Igen Dönthető
Legalább 60 memória hely a felhasználó által meghatározott programok részére	Igen	Igen
Min. 14 különböző áramforma	Igen	Igen, 22 áramforma
Egyidejűleg min. 2 monopoláris és min. 2 bipoláris eszköz csatlakoztatható, vezérlésük kézi kapcsolós nyélről, lábkapcsolóról, bipoláris lábkapcsolóról illetve automata üzemmódokkal konfigurálható	Igen	Igen
Neutrális elektróda ellenőrzés/védelem	Igen	Igen
Neutrális elektróda ellenőrzés állandó vizuális kijelzése a képernyőn	Igen	Igen
Fokozott biztonsági funkció gyermekek alkalmazáshoz (neutrális elektróda mérés változtatása és teljesítménykorlátozás)	Igen	Igen
Automata kimeneti teljesítményszabályozás	Igen	Igen
Intézetben meglévő Standard 3 Pin-es monopoláris nyelekkel, 4 mm-es monopoláris kábelekkel, és 2 pin-es bipoláris eszközökkel kompatibilitás biztosítása.	Igen	Igen Adapter nélkül
Automatikus eszközfelismerő rendszer, eszközre vonatkoztatott teljesítmény korlátokkal. min 2 db kimeneten	Igen	Igen, 2 db kimeneten
Programozhatóság	Igen	Igen
CF biztonsági osztály	Igen	Igen
Automatikus önteszt	Igen	Igen
Argon-plasma koagulációs bővítési lehetőség	Igen	Igen
A készülékhez opcionálisan füstelszívó és öblítőpumpa csatlakoztatható	Igen	Igen
„Érhegesztő” funkció bővítési lehetőség.	Igen	Igen

Handwritten signature

Handwritten signature

Vágás:	Igen	Igen
Min. 6 választható üzemmód	Igen	Igen, 10 választható üzemmód
Automatikus feszültség kontroll	Igen	Igen
Monopoláris: - tiszta vágás, min. 300Watt - vágás vérzéscsillapítással: min. 300 W	Igen	Igen, tiszta vágás 350 Watt, vágás vérzéscsillapítással 350 Watt
Száritó vágás: min. 100 Watt	Igen	Igen, 150 Watt
Víz alatti vágás (TUR) min. 300 Watt	Igen	Igen, 350 Watt
Bip-TUR üzemmód	Igen	Igen
Bipoláris tiszta vágás: min. 100 Watt	Igen	Igen, 120 Watt
Iker (Twin) vágás üzemmód	Igen	Igen
Koagulálás:	Igen	Igen
Min. 6 választható üzemmód,	Igen	Igen 12 választható üzemmód
autostart, autostop funkciók megléte	Igen	Igen
Iker (Twin) koaguláció lehetősége	Igen	Igen
Monopoláris soft: min. 200 Watt	Igen	Igen, 200 Watt
Monopoláris forced: min. 120 Watt	Igen	Igen, 200 Watt
Monopoláris spray: min. 80 Watt	Igen	Igen, 80 Watt
Bipoláris „gyenge”, „micro”, „soft”: min. 50 Watt	Igen	Igen, 120 Watt
Bipoláris „erős”, „macro”, „forced”: min. 90 Watt	Igen	Igen, 120 Watt
Tartozékok sebészeti vágóhoz: (Csak az adott gyári tartozékok elfogadhatók, utángyártott, nem megajánlható!)	Igen	Igen Eredeti gyártói tartozékok kerültek megajánlásra.
1 db kétkapcsolós lábpedál	Igen	Igen, 100-302
2 db felnőtt méretű többszörhasználatos neutrális elektróda	Igen	Igen, 242-003
2 db kábel neutrális elektródához	Igen	Igen, 385-050
4 db kétkapcsolós elektródanyél	Igen	Igen, 322-14S
4 db rövid kés elektróda	Igen	Igen, 520-500
4 db hosszított kés elektróda	Igen	Igen, 524-200
2 db bip. csipesz 195-ös egyenes 1 mm-es véggel	Igen	Igen, 605-040
2 db kábel bip. csipeszhez	Igen	Igen, 351-05S
2 db monopoláris laparoszkóp kábel	Igen	Igen, 280-05S
2 db bipoláris olló nyíltsebészeti 23 cm-es	Igen	Igen, 857-23110
2 db bipoláris kábel ollóhoz	Igen	Igen, 358-03S
50 db biztonsági EH neutrális elektróda	Igen	Igen, 812-80H
1 db többszörhasználatos kábel EH biztonsági elektródához	Igen	Igen, 380-050
1 db Fényforrás	Típust kérjük megadni!	TL300
Led-es izzó	Igen	Igen
Xenon 300-as izzónak megfelelő fénytjeljesítmény biztosítása	Igen	Igen
Színhőmérséklet: kb. 6000K	Igen	Igen, 6000 K

Handwritten signature

Handwritten mark

Automatikus fényerő szabályozás üzemmód (Összeköttetés kameravezérlővel)	Igen	Igen
Automatikusan kívül manuális fényerősség állítási lehetőség	Igen	Igen
Állvány:	Típust kérjük megadni!	UG220
Gurulóállvány 4 db antisztatikus fékezhető kerékkel, integrált kábelcsatornával	Igen	Igen
min. 4 db polc, vagy amennyi min. szükséges a kiírásban szereplő készülékek állványra helyezésére	Igen	Igen, 4 db polccal UG604
1 db zárható fiók	Igen	Igen
Hálózati csatlakozó aljzattal min. 12 db eszköz csatlakoztatására	Igen	Igen,
1 db 27"-os monitorhoz, VESA rendszerű tartó, mely min. 1 db csuklóval rendelkezik, - oldal irányba kifordítható, - a monitor magassága állítható vele - tartókar hossza min. 50 cm)	Igen	Igen, UG510, VESA rendszerű tartó, mely 1 db csuklóval rendelkezik, - oldal irányba kifordítható, - a monitor magassága állítható vele - tartókar hossza 53 cm) - megajánlott 27"-os monitorral kompatibilis
Kamerafej tartó, állványra.		Igen
2 db Laparoscope-os Optika.	Típust/ kérjük megadni!	26003BA
Átmérő: 10mm	Igen	Igen, 10 mm-es
Hossz: min. 30 cm	Igen	Igen, 31 cm-es
Beépített fényvezető szállal	Igen	Igen
Autoklávozható kivitel	Igen	Igen
2 db Fénykábel:	Típust/ kérjük megadni!	495NCS
Kompatibilitás intézetben meglévő Storz fényforrásokkal (pl.: közvetlenül vagy adapter segítségével)	Igen	Igen
Autoklávozható	Igen	Igen
Hossza min. 2,5m	Igen	Igen, 2,5 m
Magas hőállóságú kivitel	Igen	Igen
Átmérője: 10 mm-es optikákhoz alkalmazható legyen (kb. 4,8 mm)	Igen	Igen, 4,8 mm
2 db Trokár	Típust kérjük megadni!	40103CD
Mérete: 10 mm-es eszközökhöz tompa végű trokárnyárssal	Igen	Igen
Munkahossz: max. 6 cm	Igen	Igen, 6 cm
2 db Trokár	Típust kérjük megadni!	40103AB

Handwritten signature

Handwritten signature

Mérete: 10 mm-es eszközökhöz tompá végű trokárnyárssal	Igen	Igen
Munkahossz: max. 4 cm	Igen	Igen, 4 cm
2 db Atraumatikus szövetfogó	Típust kérjük megadni!	43244LSP
Szétszedhető	Igen	Igen
Egyik pofa aktív	Igen	Igen
Duplán hajlított kivitel	Igen	Igen
Pofa munkahossza: min. 50 mm	Igen	Igen, 53 mm
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
munkahossz: max. 28 cm	Igen	Igen, 28 cm
Fém, axiális nyéllel racsnival	Igen	Igen
A betét 4 pozícióban legyen fixálható a nyélbe.	Igen	Igen
2 db Tüdő fogó	Típust kérjük megadni!	43233LRP
Szétszedhető	Igen	Igen
Egyik pofa aktív	Igen	Igen
Ablakos kivitelű, atraumatikus	Igen	Igen
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
munkahossz: max. 28 cm	Igen	Igen 28 cm
Fém, nyéllel racsnival	Igen	Igen
A betét 4 pozícióban legyen fixálható a nyélbe.	Igen	Igen
2 db Atraumatikus szövetfogó	Típust kérjük megadni!	43231LVS
Szétszedhető	Igen	Igen
Egyik pofa aktív	Igen	Igen
hajlított pofa	Igen	Igen
Pofa munkahossza: min. 62 mm	Igen	Igen, 64 mm
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
munkahossz: max. 28 cm	Igen	Igen, 28 cm
Fém, nyéllel	Igen	Igen
A betét 4 pozícióban legyen fixálható a nyélbe.	Igen	Igen
2 db Babcock féle megragadó fogó	Típust kérjük megadni!	43725BLS
Szétszedhető	Igen	Igen
mindkét pofa aktív	Igen	Igen
Hosszú kör alakú pofák	Igen	Igen
Pofa munkahossza: min. 30 mm	Igen	Igen, 33 mm
átmérő: 10 mm	Igen	Igen, 10 mm
munkahossz: max. 30 cm	Igen	Igen, 30 cm
Szigetelt fém, nyéllel, monopoláris csatlakozóval	Igen	Igen
A betét 4 pozícióban legyen fixálható a nyélbe.	Igen	Igen

Handwritten signature

Handwritten signature

2 db Szívó öblítő kanül:	Típust kérjük megadni!	40360LH- Kanül 30805 kétutas szelep
Disztális vége hajlított	Igen	Igen
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
hossz: max. 28 cm	Igen	Igen, 28 cm
két kétutas szeleppel szíváshoz és öblítéshez	Igen	Igen
2 db Szívó koaguláló kanül	Típust kérjük megadni!	40170LB-Kanül 30804 Trombitaszelep
monopoláris csatlakozóval, disztális vége hajlított,	Igen	Igen
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
hossz: max 28 cm	Igen	Igen, 28 cm
Trombitaszeleppel ellátott	Igen	Igen
2 db Szívó koaguláló kanül	Típust kérjük megadni!	37270SC Kanül 30804 Trombitaszelep
monopoláris csatlakozóval	Igen	Igen
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
hossz: max 30 cm	Igen	Igen, 30 cm
Trombitaszeleppel ellátott	Igen	Igen
2 db Tapogatószonda	Típust kérjük megadni!	26175T
cm markerrel	Igen	Igen
Átmérő: 5 mm-es	Igen	Igen
2 db komplett porbefúvó, disztális vége hajlított	Típust kérjük megadni!	40491TKU
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
hossz: 30cm	Igen	Igen, 30 cm
Részei: tubus, gumi ballon, üveg	Igen	Igen
2 db komplett porbefúvó, egyenes	Típust kérjük megadni!	40491TK
átmérő: 5 mm	Igen	Igen, 5 mm
hossz: 30cm	Igen	Igen, 30 cm
Részei: tubus, gumi ballon, üveg	Igen	Igen
2 db Műanyag sterilizáló és tároló doboz	Típust kérjük megadni!	39351J
autoklávozható	Igen	Igen
2 szintes tárolásra alkalmas.	Igen	Igen
Fenti eszközök férjenek el benne	Igen	Igen
Szilikon betétekkel együtt	Igen	Igen
2 db Optika tartó doboz	Típust kérjük megadni!	39501B2
optika és fénykábel sterilizálásához és tárolásához	Igen	Igen
fém dróthálós kivitel	Igen	Igen
Szilikon betétekkel.	Igen	Igen

Handwritten signature

Elektro-Oxygen
Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Kft.
1116 Budapest, Temesvári u. 20.
BBRT: 10102244-04432806-00000007
Adószám: 10792333-2-43