

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök, tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembehelyezése és a kezelő személyzet betanítására 3 részajánlatban a dokumentáció szerint.

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

**II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:** Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök, tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembehelyezése és a kezelő személyzet betanítására 3 részajánlatban a dokumentációban leírtak szerint.

1. részajánlat: Pinnacle RTP szerver upgrade-je és tartozékainak beszerzése.

2. részajánlat: 1 db Sebészeti torony és tartozékainak beszerzése.

3. részajánlat: Gasztroenterológiai eszközök beszerzés

A beszerzendő berendezés részletes műszaki -szakmai leírását, tartozékait a dokumentáció tartalmazza.

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:** A Kbt. Második Része, XV. fejezet.

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:** A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás.

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---**

#### IV.2) Adminisztratív információk

##### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup>

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> 2017/S 034-061149, 2017/S 048-088004

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1489/2017, 3252/2017 <sup>1</sup> (KÉ-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ---**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: <sup>2</sup>**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: ---

### V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>

**A szerződés száma: [1] Rész száma: <sup>2</sup> [1] Elnevezés: Pinnacle RTP szerver upgrade-je és tartozékainak beszerzése**

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

#### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

##### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): ---

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:** ---

**V.2 Az eljárás eredménye** <sup>2</sup>

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**  
A beérkezett ajánlatok száma: [1]

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek, Liliom köz 2.) (adószám: 14570692-2-07)  
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.  
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:  
Minőségi kritérium - Név: Operációs rendszer: Oracle Solaris 11 megléte / Súlyszám: 15: Igen, Oracle Solaris 11 megléte  
Ár - Súlyszám: 60: 100.983.000,- Ft.

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése** <sup>2</sup>  
*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek, Liliom köz 2.)					
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Operációs rendszer: Oracle Solaris 11 megléte	15	10	150				
Ár	60	10	600				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok			750				

összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---							
<b>V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10</b>							
<b>V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás <math>P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}})*(P_{\text{max}}-P_{\text{min}})+P_{\text{min}}</math>; további értékelési szempontok: Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont</b>							
<b>V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:</b> BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek, Liliom köz 2.) (adószám: 14570692-2-07) Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: Minőségi kritérium - Név: Operációs rendszer: Oracle Solaris 11 megléte / Súlyszám: 15: Igen, Oracle Solaris 11 megléte Ár - Súlyszám: 60: 100.983.000,- Ft. Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.							
<b>V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---</b>							
<b>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele</b> <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup>							
<b>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:</b> Philips Nederland B.V. (Boschdijk 525, Building VB-09, 5621 JG Eindhoven, Netherlands) Adószám: NL009076840B01, Iván Attila egyéni vállalkozó (1119 Budapest, Rátz László utca 40.)							
<b>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</b> <sup>2</sup> Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Philips Nederland B.V. (Boschdijk 525, Building VB-09, 5621 JG Eindhoven, Netherlands) Adószám: NL009076840B01, Alkalmassági követelmény: M1. Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---							
<b>V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> <sup>2</sup> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: ---							
<b>V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---</b>							

**V. szakasz: Az eljárás eredménye** <sup>1</sup>

**A szerződés száma:** [2] **Rész száma:** <sup>2</sup> [2] **Elnevezés:** 1 db Sebészeti torony és tartozékainak beszerzése.

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ** <sup>2</sup>

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**  
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
 A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): ---

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:** ---

**V.2 Az eljárás eredménye** <sup>2</sup>

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**  
A beérkezett ajánlatok száma: [2]

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Temesvár u 20.) 10792333-2-43  
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.  
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:  
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek fogadására alkalmas eszköz / Súlyszám: 10: Igen.  
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlő vel kompatibilis kivitel / Súlyszám: 10: Igen.  
Minőségi kritérium - Név: Érintőkijelző mérete 10" felett / Súlyszám: 10: Igen.  
Minőségi kritérium - Név: A kijelző dönthető / Súlyszám: 10: Igen.  
Ár - Súlyszám: 60: 27.000.000,- Ft

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése** <sup>2</sup>  
*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az értékelés	A részszerpontok						
részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Intézetben	10	10	100				

meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek fogadására alkalmas eszköz							
Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlővel kompatibilis kivitel	10	10	100				
Érintőkijelző mérete 10" felett	10	10	100				
A kijelző dönthető	10	10	100				
Ár	60	10	600				
			1000				

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:** Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás  $P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}})*(P_{\text{max}}-P_{\text{min}})+P_{\text{min}}$ ; további értékelési szempontok: Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  
(1116 Budapest, Temesvár u 20.) 10792333-2-43

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:

Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek fogadására alkalmas eszköz / Súlyszám: 10: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlővel kompatibilis kivitel / Súlyszám: 10: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Érintőkijelző mérete 10" felett / Súlyszám: 10: Igen.

Minőségi kritérium - Név: A kijelző dönthető / Súlyszám: 10: Igen.

Ár - Súlyszám: 60: 27.000.000,- Ft

Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok velem szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele**  igen  nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ---**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek <sup>2</sup>**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

**Az A R T M E D Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Viza u 7. C. ép. fszt. B303.):**

Ellenszolgáltatás: nettó 27.400.000,- Ft

Adószám: 12223466-2-41

Ajánlatkérő az ajánlattevő benyújtott ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás és felfelvilágosítás-, valamint áringoklás kérését bocsátott ki az alábbiak szerint:

1. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 17. oldalán a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra) –rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos és a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vonatkozásában az alábbiakat írta elő.

Az ajánlat 15-16. oldalain található nyilatkozat nem tartalmazza a fentieket.

**Kérjük megadni a tulajdonosi rész százalékos arányát (számításának módját), valamint közvetetten vagy közvetlenül rendelkezik szavazati joggal.**

2. Ajánlattevő által benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítása, hiányosságok pótlása szükséges:

A. Az ajánlat nem tartalmazza az EEKD I-II. részeit, ezért **kérjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében adja meg a fenti részeket is.**

B. Az ajánlat 28. oldalán lévő versenytorzítást célzó megállapodás szakaszánál Ajánlattevő elmulasztotta kitölteni az ezen kizáró ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázist kibocsátó hatóság megnevezését és az internetes elérhetőségét, melyen Ajánlatkérő ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kizáró ok fenn nem állását, ezért **kérjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszát, amelyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizáró ok vonatkozásában elérhető nyilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezését és internetcímét (Gazdasági Versenyhivatal: [www.gvh.hu/dontesek](http://www.gvh.hu/dontesek)).**

C. Az ajánlat 37-38. oldalán a VI. rész: Záró nyilatkozata hiányos tartalommal került benyújtásra. **Kérjük az ajánlattevőt, hogy hozzájáruló nyilatkozatát az alábbi**

**tartalommal szíveskedjen kiegészíteni: Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum *II-V. részek* alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 034-061149 azonosítószámon, megjelent Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök, tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítására 3 részajánlatban a dokumentáció szerint. tárgyú Ajánlati/Részvételi felhívás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.**

**Kérjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb említett pontokkal kiegészített/javított, cégszerűen aláírt EEKD-t.**

3. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában – többek között – az alábbiakat írta elő.

VI.3)További információk:

2. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:

(...)

— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak — érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;

Ajánlattevő nem csatolt változásbejegyzési eljárásáról semmilyen nyilatkozatot.

**Kérjük, hogy hiánypótlás keretében változásbejegyzésükről szóló nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek! Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a fenti dokumentumokat is csatolni szíveskedjenek!**

4. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában – többek között – az alábbiakat írta elő.

VI.3)További információk:

2. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:

(...)

— Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy szerződés aláírásakor rendelkezni fog ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglétét igazoló dokumentummal, mely ajánlatkérő részére átad és a szerződés hatályáig fenntart.

Ajánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.

**Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!**

5. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 19. oldalán az alábbiakat írta elő.

Kérjük Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott berendezés, illetve szoftverek együttesen rendszerbe foglalhatóak és közösen megfelelően működnek.

Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a fenti nyilatkozatot.

**Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!**

Ajánlattevő a fenti hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás kérésre nem nyújtotta be hiánypótlását, felvilágosítását, így ajánlata a fentiekre tekintettel a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---**

**V. szakasz: Az eljárás eredménye<sup>1</sup>**

**A szerződés száma: [3] Rész száma: <sup>2</sup> [3] Elnevezés: Gasztroenterológiai eszközök beszerzések**

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ<sup>2</sup>**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők<sup>2</sup>**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): ---

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők<sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---**

**V.2 Az eljárás eredménye<sup>2</sup>**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) (adószám: 10737956-2-42)

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:

Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp, pediatric: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Videókolonoszkóp, felnőtt: Változtatható bevezető cső merevség megléte / Súlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópostoronyhoz / Súlyszám: 6: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Videobronchoszkóp terápiás: A videobronchoszkóp csatlakoztatható a Kórház Bronchológiai vizsgálojában működő Olympus videóendoszkópos rendszerhez / Súlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép, 1 db endoszkóp mosására: A mosási hőmérséklet értéke Min 35°, max: 50 °C, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb. / Súlyszám: 5: 35°

Minőségi kritérium - Név: A mosási ciklusidő, Min: 30 perc, max: 40 perc, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb. / Súlyszám: 5: 30 perc

Minőségi kritérium - Név: Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkeznek. Kérjük megadni! Igen



válasz: 10pont, nem válasz: 1 pont / Súlyszám: 2: Igen.  
 Minőségi kritérium - Név: 1 db Nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal: ESD, EMR beavatkozásokra isalkalmas. / Súlyszám: 5: Igen.  
 Minőségi kritérium - Név: Pulzáló APC üzemmód megléte / Súlyszám: 5: Igen.  
 Ár - Súlyszám: 60: 61.773.158,- Ft  
 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>**

*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Videógasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz	5	10	50				
Videógasztroszkóp, pediatric: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz	5	10	50				
Videókolonoszkóp, felnőtt: Változtatható bevezető cső merevség megléte	5	10	50				
Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópostoronyhoz	6	10	60				
Videobronchoszkóp terápias: A videobronchoszkóp	5	10	50				

csatlakoztatható a KórházBronchológiai vizsgálgójában működő Olympus videóendoszkópos rendszerhez							
Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép, 1 db endoszkóp mosására: A mosási hőmérséklet értéke Min 35°, max: 50 °C, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb.	5	10	50				
A mosási ciklusidő, Min: 30 perc, max: 40 perc, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb.	5	10	50				
Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik	2	10	20				
1 db Nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal: ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas	5	10	50				
Pulzáló APC üzemmód megléte	5	10	50				
Ár	60	10	600				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1080				
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---							

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás  $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ; további értékelési szempontok: Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont**

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) (adószám: 10737956-2-42)

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:

Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlysúlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp, pediatric: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlysúlyszám: 5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Videókolonoszkóp, felnőtt: Változtatható bevezető cső merevség megléte / Súlysúlyszám: 5: Igen.

<p>Minőségi kritérium - Név: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópostoronyhoz / Súlyszám: 6: Igen.</p> <p>Minőségi kritérium - Név: Videobronchoszkóp terápia: A videobronchoszkóp csatlakoztatható a KórházBronchológiai vizsgálojában működő Olympus videóendoszkópos rendszerhez / Súlyszám: 5: Igen.</p> <p>Minőségi kritérium - Név: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép, 1 db endoszkóp mosására: A mosási hőmérséklet értéke Min 35°, max: 50 °C, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb. / Súlyszám: 5: 35°</p> <p>Minőségi kritérium - Név: A mosási ciklusidő, Min: 30 perc, max: 40 perc, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb. / Súlyszám: 5: 30 perc</p> <p>Minőségi kritérium - Név: Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik. Kérjük megadni! Igen válasz: 10pont, nem válasz: 1 pont / Súlyszám: 2: Igen.</p> <p>Minőségi kritérium - Név: 1 db Nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal: ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas. / Súlyszám: 5: Igen.</p> <p>Minőségi kritérium - Név: Pulzáló APC üzemmód megléte / Súlyszám: 5: Igen.</p> <p>Ár - Súlyszám: 60: 61.773.158,- Ft</p> <p>Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok velem szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.</p>
<p><b>V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---</b></p>
<p><b>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele</b> <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal tétel esetében a készülék garanciális szerviz</p> <p>A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup></p>
<p><b>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:</b> ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Temesvár u 20.) 10792333-2-43</p>
<p><b>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</b> <sup>2</sup></p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---</p>
<p><b>V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> <sup>2</sup></p> <p>Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: ---</p>
<p><b>V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---</b></p>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

1. rész: nincs.

2. rész:

Kezdet: 2017/06/29 Lejárata: 2017/07/08

3. rész: nincs.

<b>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:</b> 2017/06/28
<b>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:</b> 2017/06/28
<b>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:</b> <sup>2</sup>
<b>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:</b> <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:</b> <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:</b> <sup>2</sup>
<b>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:</b> <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:</b> <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.10) További információk:</b> <sup>2</sup>

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismételje meg

<sup>2</sup> adott esetben

Ellenjegyzem:

**Dr. Tóth Levente**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00234