

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	
Postai cím: Markusovszky Lajos u. 5..	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ RÉSZÉRE SPECT CT KÉSZÜLÉK BESZERZÉS, OPCIONÁLISAN PET BŐVÍTÉSSEL”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1 darab SPECT CT berendezés
Opciók ismertetése:
1db PET kiegészítés.
1 db Automata fecskendőöltő rendszer.
1 db Nagynyomású röntgen kontrasztanyag injektor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész XII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81 § nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel²

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/138
Beszerezés tárgya:	Árubeszerezés
Hirdetmény típusa:	Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2017.08.09.
Iktatószám:	10935/2017

CPV Kód:	33100000-1
Ajánlatkérő:	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:	9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.09.12.	
TI Cím	Magyarország-Szombathely: Orvosi felszerelések
ND Dokumentum száma	308234-2017
PD A közzététel dátuma	05/08/2017
OJ HL S	149
2017/S 149-308234	
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ²	
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: - ²	
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: - ²	
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:	

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [G/...-0/2017] **Rész száma:** ² **Elnevezés:**

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
<input type="checkbox"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:
<input type="checkbox"/> A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Értékelési szempontok	A rész- szempont ok súlyszáma	Az ajánlattevő neve, székhelye:		
		Ajánlat tartalmi elemei	Értékelé si pontszá m	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
		Ajánlattevő neve: Mediso Medical Imaging Systems Kft. Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Laborc u. 3. Adószám: 13383910-2-41		
Nettó ajánlati ár (HUF)	150	383 980 000	10,0000	1500,0000
SPECT kamera/detektor/ Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma	10	60	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett	10	500	10,0000	100,0000
CT készülék/ A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban, iteratív rekonstrukció megengedett)	10	3,89	10,0000	100,0000
Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész és kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját	30	12	10,0000	300,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke	10	6,3	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke	10	1,9	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke	10	0,3	10,0000	100,0000
Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások/ Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció funkció megléte a nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz (Igen/Nem)	10	Igen	10,0000	100,0000
				2500,0000

Mediso Medical Imaging Systems Kft. Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Értékelési szempontok	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve, székhelye:		
		Ajánlat tartalmi elemei	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
		Ajánlattevő neve: Mediso Medical Imaging Systems Kft. Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Laborc u. 3. Adószám: 13383910-2-41		
Nettó ajánlati ár (HUF)	150	383 980 000	10,0000	1500,0000
SPECT kamera/detektor/ Fotoelektron sokszorozók detektoronkénti száma	10	60	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett	10	500	10,0000	100,0000
CT készülék/ A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban, iteratív rekonstrukció megengedett)	10	3,89	10,0000	100,0000
Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész és kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját	30	12	10,0000	300,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke	10	6,3	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke	10	1,9	10,0000	100,0000
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke	10	0,3	10,0000	100,0000
Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások/ Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció funkció megléte a nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz (Igen/Nem)	10	Igen	10,0000	100,0000
				2500,0000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 1-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ²

Az értékelés módszere:

Az **1. értékelési szempont** esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).

Képlet:

a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)

$P = A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.

A fenti módszer alapján kiszámított pontot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal.

S= 150

2.3.2. Minőségi kritérium

A minőségi kritériumok összefoglalása:

Értékelési szempont	Mérték-egység	Súlyszá- m	Abszolút értékelés		Egyenes arányosít- ásos értékelés	Fordítot- t arányos- ításos értékelé- s	Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez	Érték, mely a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos por kerül kiosztásra
			1 pont	10 pont				
A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó és felső határa			1 pont	10 pont	1-10 pont	1-10 pont		
SPECT kamera/detektor								
Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma	db	S=10			Előny a nagyobb		55	65
SPECT kamera/NEMA jellemzők								
NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke	mm	S=10				Előny a kisebb	7,8	6
NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke	%	S=10				Előny a kisebb	2,7	1,8
NEMA belső linearitás UFOV-abszolút értéke	mm	S=10				Előny a kisebb	0,7	0,2
NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett	kcps	S=10			Előny a nagyobb		310	600
Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások								
Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz		S=10	Nem	Igen				
CT készülék								
A kis kontrasztú felbontás	mGy	S=10				Előny a	18	5

mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban, iteratív rekonstrukció megengedett)							kisebb		
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.

Az értékelés módszere:

I. fordított arányítással:

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke (mm, Előny a kisebb) (legfeljebb 7,8 mm, .Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 6 mm) S=10

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke (% , Előny a kisebb) (legfeljebb 2,7 %, .Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 1,8 %) S=10

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke (mm, Előny a kisebb) (legfeljebb 0,7 mm, .Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 0,2 mm) S=10

CT készülék/ A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban, iteratív rekonstrukció megengedett) (legfeljebb 18 mGy Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 5 mGy) S=10

Az **értékelési szempontok** esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított arányítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).

Képlet:

a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb

$$P = A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.

A Kbt. 77. § (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 6 mm

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 1,8 %

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke Kbt. 77. § (1)

bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 0,2 mm

CT készülék/ A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban, iteratív rekonstrukció megengedett) (Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 5 mGy) S=10

II. egyenes arányosítással:

SPECT kamera/detektor/ Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma (db, Előny a nagyobb) (min. 55 db, Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 65 db) S=10

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett (kcps, Előny a nagyobb) (min. 310 kcps, .Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 600 kcps) S=10

Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész és kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját. min. 12 hónap Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 36 hónap S=30

A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.

Az értékelés módszere:

Az értékelési szempontok esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszerpontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszerpont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).

Képlet:

a legmagasabb érték a legelőnyösebb $P = \frac{A \text{ vizsgált}}{A \text{ legjobb}} (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.

A Kbt. 77. § (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszerponton kívüli értékelési szempontokkal (alszerpontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.

SPECT kamera/detektor/ Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 65 db

SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett (.Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 600 kcps

Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész és kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját Kbt. 77. § (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 36 hónap S=10

III. pontkiosztással:

Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások/ Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció funkció megléte a nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz (Igen/Nem) S=10

A megajánlott parameter esetén ("Igen" válasz) 10 pont, nem teljesítése esetén ("Nem válasz") egy pont.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. (Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint)

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bek)

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Mediso Medical Imaging Systems Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Laborc u. 3.

Adószám: 13383910-2-41

Ellenszolgáltatás összege: nettó 383980000 Ft

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, összességében a legkedvezőbb ajánlat, mert az egyetlen ajánlat, és az elért pontszáma:2500,00 pont.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

nem releváns

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² X igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Automata fecskendőtöltő rendszer szállítása

Nagynyomású röntgen kontrasztanyag injektor üzembe-helyezése

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

Bayer Hungária Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 3. 10263002244

Comecer SpA Via Maestri del Lavoro, 90 48014 Castel Bolognese RA Italy IT02404790392

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem volt

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²-

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdetre: (/ Lejárata:) Kbt. 131. § (8) bek a) pontja szerint a tárgyi eljárásban nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/11/16)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/11/16)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben



Varga Tímea