

G/1756-10/2025

## Adásvételi szerződés

Mely létrejött egyrészről a **Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház**  
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.  
törzskönyvi nyilvántartási szám: 813860  
adószám: 15813860-2-18  
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár - 10047004-00333166-00000000  
képviseli: dr. Lippai Norbert, főigazgató  
mint **vevő**

másrészről GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság,  
székhely: 1138 Budapest, Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.  
cégjegyzékszám: 01-09-332949  
adószám: 26575113244  
bankszámlaszám: ING Bank, 13700016-07951000-00000000  
képviseli: Földvári Jutas Szvilen és dr. Eröss György  
mint **eladó**

- vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek -

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

### I. PREAMBULUM

1.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a vevő, mint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés *cb*) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet a **Kbt. Második Rész 81.§-a alapján uniós eljárásrendbe tartozó, nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást** indított „*DSA készülék beszerzése*” tárgyban.

EKR azonosító: EKR001360862025  
CPV kód: 33123220-6

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányú értékelési szempont alapján vevő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot eladó tette, akit az eljárás nyertesévé nyilvánított az alábbi megajánlásokkal:

|   | Értékelési szempont megnevezése  | Megajánlás  |
|---|--|-------------|
| 0 | Teljes ellenszolgáltatás összege (nettó Ft).   | 295 000 000 |
|   | 01. Készülék nettó ára (nettó Ft)  | 295 000 000 |
|   | 02. Átalánydíjas karbantartási és javítási szervíz szolgáltatás éves ára szoftverfrissítéssel, rtg csővel kiszállási és összes egyéb rezsi óra díjakkal. (FULL szervíz) A vállalt garancia idő utáni első 2 évre vonatkozóan) nettó Ft/ 2 év | 13 000 000  |
| 1 | DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (min 77%, előny a nagyobb)  | 84          |

|   |   |      |
|---|---|------|
| 2 | Neurális hálózaton és/vagy Mesterséges Intelligencia vezérlésen alapuló intelligens képlánc, amely mind a 6 röntgen paramétert valós időben optimalizálja: kV, mA, ms, fókuszpont, spektrális szűrő (Cu-szűrő), detektordózis (CNR) | Igen |
| 3 | Szentkiemelő algoritmus bifurkációkra azaz 2 sztent beültetés esetére (4 marker használatával)  | Igen |
| 4 | Embolizáció szimulációja virtuális injekcióval  | Igen |

## **II. A szerződés tárgya**

2.1. A szerződés tárgya az 1. sz. melléklet szerinti eszköz, valamint a kiadott műszaki specifikációban meghatározott műszaki tartalom teljesítése. Eladó a szerződés tárgyát képező Eszközre irányadó jogszabályok, szabványok és feltételek szerinti teljesítésre köteles.

2.2./ Eladó jelen szerződés aláírásával az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok, illetve a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teljesítését a Vevő által elfogadott "Ajánlat" szerint vállalja. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, az 1. számú mellékletben meghatározott terméket az ott meghatározott mennyiségben és a jelen szerződésben meghatározott határidőben leszállítja, azt telepíti, üzembe helyezi, a kezelőszemélyzetet betanítja, magyar nyelvű használati utasításokat átadja, eszköztől függően érintésvédelmi (EV) mérést és jegyzőkönyvet elkészíti és jótállási kötelezettségeit ellátja. Eladó vállalja azt is, hogy a termék a dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel. Eladó vállalja a jelenleg üzemben lévő 20 éves siemens gyártmányú Axiom artis dTa típusú DSA készülék leszerelését, elszállítását. A készülék Eladó tulajdonába kerül, amelynek hasznosítása/megsemmisítése Eladó hatáskörébe tartozik. Eladó az ajánlatában bemutatott műszaki paramétereknek megfelelő új, azaz még nem használt I. számú melléklet szerinti Eszköz szállítására köteles.

2.3./ Eladó vállalja a szerződés tárgya szerinti eszköz vonatkozásában a teljesítéstől kezdődően 18 hónapig a jótállási kötelezettségek ellátását, teljeskörű szervizszolgáltatást és a kapcsolódó napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás elvégzését, az alábbiak szerint:

Jótállási időszakot követő 24 hónap: 13 000 000 nettó Ft/év, két évre: 26 000 000 nettó Ft.

Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgya szerinti eszköz vonatkozásában próbaüzem lefolytatását és az üzemeltető érintett foglalkoztatottjainak betanítását az alábbiak szerint:

Készülék használatának betanítása magyar nyelven, minimum 2 alkalommal, minimum 2 óra időtartamban, minimum 2 fő részére

Próbaüzem: 3 munkanap

2.4. A teljesítés ütemezése

Eladó és Vevő a szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül egyeztetnek és megállapodnak a részletes, a telepítéssel/ szállítási ütemezéssel kapcsolatosan.

Eladó kötelezettséget vállal az egyeztetett ütemezésben foglaltak betartására.

A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy az ütemezés szükségszerű változtatására. Erről az Eladót 5 naptári nappal az esedékes teljesítést megelőzően írásban köteles tájékoztatni.

2.4.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen szerződése a **168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet** hatálya alá tartozik, mely kiterjed a DSA készülékek karbantartására. Erre tekintettel, amennyiben a Vevő részére elérhető a megajánlott DSA készülék vonatkozásában teljeskörű szerviz és karbantartási szolgáltatás, úgy a Vevő kötelezett a KEF portálról beszerezni.

*A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt teljes körű szerviz és karbantartásra vonatkozó rendelkezések csak abban az esetben vonatkoztathatók a z Eladóra, amennyiben a megajánlott készülék vonatkozásában nem elérhető a KEF-en a hivatkozott szolgáltatás.*

A teljeskörű szerviz és karbantartási szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések teljesítésére az Eladó abban az esetben köteles, amennyiben a Vevő a KEF portálról nem tudja beszerezni az adott szolgáltatást.

A Vevő a teljeskörű szerviz és karbantartási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérését megküldi az Eladó részére, az Eladó az erre vonatkozó tájékoztatás átvételét követő hónap első napjától köteles biztosítani a teljeskörű szerviz és karbantartási szolgáltatást.

## 2.5. Teljesítés, átadás-átvétel

2.5.1. A teljesítés a szerződés 3.4. pontjában meghatározott teljesítési helyen a szerződés 2.2. pontjában foglaltak szerint.

2.5.2. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha az eladó készre jelentette, azaz:

- a berendezés szállítása, az érvényes szabványok szerinti kifogástalan minőségben megtörtént, és azok az előírt, valamint az értékelési szempont szerinti megajánlásokat teljesíti;
- az adott helyiségben telepítésre, beépítésre, beszerelésre került;
- rendeltetészerű használatra alkalmas és az előírt minimum paramétereket teljesíti;
- üzembe helyezéshez a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak;
- a próbaüzem zavartalan működéssel zárult és a betanítás lezajlott;
- megtörtént a termék átadás-átvétele, az átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv lezárásra került, melyben a Vevő igazolta a teljesítést a Kbt. 135. § szerint.

Vevőnek joga van az átadás-átvétel során a jegyzőkönyvben esetleges hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei az eladót terhelik, amennyiben ez az eladó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

2.5.3. Az eladó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja (terméktípus függvényében):

- érvényes forgalomba hozatali engedélyt (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE megfelelőség értékelési tanúsítvány, rtg. berendezés esetén: érvényes OAH típusengedély-forgalomba hozatali engedély határozat);
- üzembe helyezési, ill. próbaüzemi jegyzőkönyv;
- kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv;
- EV mérési jegyzőkönyv;
- felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM).

### ***III. A szerződés hatálya, a teljesítés helye és határideje***

3.1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket az 1.1./ pontban rögzített közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb közbeszerzési dokumentumok és eladó, mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

3.2./ Vevő a jelen szerződés alapján képező közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította. Vevő támogatási igényt nyújtott be, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezet nem állt rendelkezésre.

Jelen szerződés Vevő támogatási igényének elfogadását követően, az elfogadásról szóló, fedezet rendelkezésre állására vonatkozó Eladónak címzett írásbeli tájékoztatással lép hatályba, vagy ha a Vevő egyoldalú nyilatkozatával a szerződést hatályba lépteti, a fedezetet saját hatáskörben, saját költségvetése terhére biztosítja. Amennyiben a szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt a szerződő felek – a felek eltérő megállapodásának hiányában – olyan bontó feltételnek tekintik, mely a szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – szerződő felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja. Ebben az esetben az Eladó a Vevővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

3.3./ A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépéstől számított **90 nap**, Vállalkozó részéről előteljesítés lehetséges.

3.4./ Eladó a jelen szerződés tárgyát képező terméket a vevő **9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. szám alatti székhelyére** köteles szállítani és ott azt vevő kapcsolattartója részére átadni, valamint a műszaki leírásban meghatározott tevékenységeket elvégezni.

3.5./ Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

#### *IV. Fizetési feltételek*

4.1./ Szerződő felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek **1. sz. mellékletben** feltüntetett mennyiség és egységár alapján számított vételárát eladó ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint határozzák meg:

Ajánlati ár: 295 000 000 nettó Ft, +27% ÁFA

Eladó részszámlázásra nem jogosult.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket a vállalt ár ellenében maradéktalanul, kifogástalan minőségben szállítja.

Az alap ajánlati ár tartalmaz minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget ideértve a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés és rendeltetészerű használathoz szükséges tartozékai ajánlati árát, valamint a helyszínre szállításhoz szükséges szolgáltatások díját; a gépspecifikus szakipari munkák szakszerű kivitelezését nyertes ajánlattevő által elkészített telepítési tervdokumentáció alapján; minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges alkatrészt, tartozékot; szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést; beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést; induló készletet és a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget; az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat; EV mérési jegyzőkönyveket (terméktől függően); jótállási kötelezettségek ellátását az átadás-átvételt követő 18 hónapig, a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartási kötelezettségek teljesítését a jótállási időszakot követő 24 hónapig; az eszközökkel kapcsolatos mindennemű adó (vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség) költségeit, árfolyamkockázatot; az esetleg szükséges import és export engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségeket, a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget, melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, a szerződészerű teljesítéshez szükségesek.

A jótállási kötelezettség kiterjed a hibamegállapításra, helyszíni javításra, tartalmazza az anyag és munkadíjat, utazási költséget. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik, a nem rendeltetészerű használatból eredő meghibásodásokra.

A tervszerű megelőző karbantartási tevékenység, tartalmazza a gyártó által előírt időszakonként és/vagy használati ciklusonkénti helyszíni munkavégzést, de nem tartalmazza az időszakos vagy használat mértékétől függő kopó-, és fogyóanyagok ellenértékét.

A megadott vételár fix ár, amely tartalmazza eladó teljesítés körében felmerült valamennyi költségét és kiadását, így eladó további díjazásra nem jogosult. A szerződéses ártól eladó a

szerződés időtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációs vagy beszállítói áremelkedésre való hivatkozással.

A Kbt. 27/A.§-a alapján a vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

4.2./ Az ÁFA jogszabályi változása esetén a vételár bruttó összege annak megfelelően automatikusan változik.

4.3./ Amennyiben vevő a leszállított termékek tekintetében a 1. sz. melléklet alapján számított meghatározott ellenszolgáltatást „4.7.1 pontban foglalt határidőben nem fizeti meg”, eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti *késedelmi kamatra* jogosult.

4.4./ Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről vevőt haladéktalanul értesíti.

4.6./ Felek a Kbt. 135.§ (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

#### 4.7./ Számlázási rend:

Eladó 1 (azaz egy) db számla benyújtására jogosult, a Vevő részéről feljogosított személy által aláírt teljesítésigazolás alapján, a vevői teljesítésigazolás kézhezvételét követő 8 naptári napon belül.

4.7.1. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződés szerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, az 1997. évi LXXXIII.a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 9/A §-nak figyelembe vételével, 60 napon belül. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet kifizetésre vonatkozó előírásai is alkalmazandók.

4.7.2. Vevő a vételárat a számla kiállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg az eladó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára.

4.7.3. Amennyiben Eladó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Vevő kiegészítésre visszaküldi, és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja.

4.7.4. Külföldi adóilletőségű eladó jelen szerződéshez köteles meghatalmazást csatolni arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

### ***V. Eladó jogai és kötelezettségei***

5.1./ Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a 3.3./ pontban meghatározott határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve eladó ajánlatában meghatározottak szerint leszállítani, vevő székhelyén átadni és ott – a 2.5.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján – vevő *birtokába bocsátani*.

5.2./ Eladó a szerződés teljesítésekor köteles vevőt írásban *tájékoztatni* a jelen szerződés tárgyát képező termékek lényeges tulajdonságairól. Eladó köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendeltetésszerű használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt írásban is megadni.

5.4./ Eladó *szavatol* azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező termékek tekintetében nincs olyan joga, amely vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és minőségi követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

Eladó szavatolja, hogy:

- az általa jelen szerződés keretében szállított termékek újak, használatban még nem voltak,
- a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közreműködők tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

5.6./ A szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az eladónak kell teljesítenie.

Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Eladó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.7./ A külföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

#### ***VI. Vevő jogai és kötelezettségei***

6.1./ Vevő – az eladó szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban meghatározott *vételárat* esedékességgkor a jelen szerződésben foglaltak szerint az eladónak *megfizetni*.

6.2./ Vevő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 2.5./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás során – köteles meggyőződni arról, hogy a *teljesítés megfelelő-e*. Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a vevő köteles a termékeket átvenni.

6.3./ Vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése után az eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

6.4./ Vevő előre egyeztetett időpontban munkaterületet és villamos energiavételezési lehetőséget biztosít.

6.5./ Vevő biztosítja a próbaüzem, illetve a végátvétel lebonyolításának feltételeit. A próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik az áru és tartozékaik összes funkciójának a kipróbálása, és használatának ismertetése, illetve a berendezés működtetésének betanítása.

6.6./ Vevő a betanítandó személyeket kijelöli, előre egyeztetett időpont(ok)ban biztosítja a részvételt.

6.7./ Az üzembe helyezést követően az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése vevő kötelessége.

#### ***VII. A felek jogai és kötelezettségei - közös***

7.1/ Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, illetve személyüket érintő változásról is kötelesek egymást értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

7.2/ Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részére nem adják tovább a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez a rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűnését követően is fennmaradnak.

7.3./ Eladó a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is megismertetni és betartatni.

### ***VIII. Szavatosság, jótállás, a szerződés teljesítésének biztosítékai***

8.1. Eladó az átadott Eszközök vonatkozásában teljes körű jótállást vállal, és szavatolja, hogy a szállított Eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

8.2. A jótállás időtartam alatt Eladó köteles teljeskörű szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni, továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni.

A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét, de nem tartalmazza a karbantartáshoz szükséges fogyó-, kopó alkatrészek költségét.

8.3. Eladó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, a vevő írásos bejelentésétől követő két munkanapon megkezdeni, és a harmadik munkanapig befejezni. Amennyiben a harmadik munkanapig a hibajavítás objektív okokból nem valósulhat meg Felek írásban rögzítik annak időtartamát.

Eladó köteles az Eszköz hibáját a helyszínen elhárítani, az Eszköz meghibásodott elemeit kijavítani, vagy kicserélni.

8.4. A jótállási idő alatt, az Eladónak garatálnia kell ingyenesen a termékhez járó update-eket, amennyiben történik frissítés.

8.5. Eladó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani Vevő részére rendelkezésre álló szakmai támogatást, azaz, magyarul beszélő – ha nem, tolmácsolás Eladó költségére biztosítandó –, a megajánlott típusra kiképzett szakember magyarországi, vagy ingyenesen hívható külföldi telefonos elérhetőségét munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

8.6. Amennyiben eladó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított három (3) napon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a vevő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket az eladó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát az eladóval szemben elvesztené.

8.7. Az Eladó részéről az állandó magyarországi, vagy ingyenesen hívható külföldi telefonos elérhetőséggel rendelkező szakmai támogatást végző:

Szervezet vagy szakember: Nagy Barnabás

Telefon: +36-30-257-8057

E-mail cím: barnabas.nagy@gehealthcare.com

Hibabejelentés – GE Healthcare szerviz: 06-80-2054-80; ge.szerviz@gehealthcare.com

Amennyiben a jelen szerződésben megjelölt szervezet/szakember személyében változás következik be, Eladó a támogatás ellátására biztosított új szervezet/szakember személyét és telefonos elérhetőségét a változást megelőzően legalább 10 munkanappal köteles a Vevő részére írásban bejelenteni.

8.8. Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.9. A szavatosság, illetve a jótállás időtartama alatt az Eladó köteles a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

8.10. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért Eladó a jótállási idő eltelte után is felelősséggel tartozik azzal, ha az Eladó kötelezettségének a Vevő felhívására megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapos jogvesztő határidőn belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt (Ptk. 6:173. §. (1) bekezdése).

8.11. Eladó a jótállási idő leteltét követően, az üzembe helyezéstől számított legalább 10 éven át köteles biztosítani a cserealkatrészek beszerezhetőségét.

8.12. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül (maximum 24 óra) a károkozó, a vevő és az eladó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az eladó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (ha ez az időtartam munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanap végéig) köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Eladónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

### **8.13. A tulajdonjog és a kárveszély:**

A jelen szerződés keretében szállított termékek tulajdonjogát az Eladó a szállítandó termékek feletti tulajdonjogát a termékek vételárának vevő általi maradéktalan megfizetéséig fenntartja (tulajdonjog fenntartás).

A kárveszély viselése a átadás-átvétel megtörténtével egyidőben száll át a vevőre.

A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása a vevő által jóváhagyott módon történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a fuvarozás az eladó felelősségi körébe tartozik a termékek vevő részére történő átadásának időpontjáig.

## 8.14. Kötbér

8.14.1. Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett termékek nettó szerződéses ellenértékének 1%-a/nap mértékű **késedelmi kötbért** köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke: (a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 10%-a. A felek rögzítik, hogy a vevő az eladó 10 (tíz) napos késedelmét követően jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Az eladó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.

8.14.2. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

8.14.3. Vevő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

8.14.4. Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt az eladó – vevő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

8.14.5. Az eladó csak a Vevő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.

8.14.6. Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás (rész)teljesítés nettó ellenértékének 15%-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

8.14.7. Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt [Ptk. 6:187. § (2) bek.]

8.14.8. Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladó felelős, abban az esetben az eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

8.14.9. Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

8.14.10. A kötbér a fizetendő ellenérték nettó összegéből levonásra kerül. A Vevő a szerződésszegésből eredő igényét, kárát – választása szerint – jogosult a díjból visszatartani, vagy annak megfizetését egyéb módon követelni.

8.14.11. Vevő a fentieken túl jogosult felmerült kárának érvényesítésére is. Zavartalan ellátás érdekében Vevő fenntartja magának a jogot, hogy – sürgős esetben – az Eladó által le nem szállított terméket mástól szerezze be és az esetleges számlával igazolt ár és a szerződésbe foglalt vételár közötti árkülönbözet megtérítését fogja igényelni.

8.14.12.A Felek rögzítik, hogy a késedelmi és meghiúsulási kötbér az arra okot adó esemény bekövetkeztével válik esedékessé. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét az Eladót megillető ellenértékből visszatartani, erről Vevő köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. Vevő a kötbér érvényesítése esetén annak összegéről bizonylatot állít ki, melyet legkésőbb a kiállítás követő munkanapon Eladó részére továbbít.

### ***IX. Elállás, a szerződés felbontása, megszüntetése***

9.1./ Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, amennyiben:

9.1.1./ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

9.1.2./ eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

9.1.3./ az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.2/ Vevő köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.3./ Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha

- a) az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
- b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.4./ A jelen szerződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a teljesítéssel 10 napot meghaladó késedelembe esik,
- amennyiben magatartásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Azonnali hatályú felmondás esetén a vevő meghíusulási kötbérre és valamennyi kárának érvényesítésére jogosult.)

Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- eladó szerződésszerű teljesítését legalább kettő alkalommal megtagadja,
- a fizetés teljesítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

9.5./ Felek rögzítik, hogy vevő az elállási jog gyakorlására a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

9.7./ Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt tilalmak vele szemben továbbra sem állnak fenn. Eladó erre vonatkozó, ajánlatában beadott nyilatkozata a jelen szerződés mellékletét képezi. Eladó vállalja, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja Vevőt. Vevő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Eladó a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, azaz a változásokról Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül nem tájékoztatja.

Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben Eladó e kötelezettségét nem teljesíti.

9.8./ Vis Maior

A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) írásban értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetési képtelenségét.

## **X. Adatvédelem**

10.1. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű

adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

10/2. Szerződő Felek a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el.

### ***XI. Egyéb rendelkezések***

11.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan *kapcsolattartó*

- vevő részéről:

Név: Dr. Király István  
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.  
Telefonszám: +36/94 515 605  
Telefaxszám: +36/94 515 605  
E-mail cím: [titkarsag@markusovszky hu](mailto:titkarsag@markusovszky.hu)

- eladó részéről:

Név: Demeter Zoltán  
Cím: 1138 Budapest, Bence utca 3.  
Telefonszám: +36-70-666-4272  
Telefaxszám: +36-1-479-3202  
E-mail cím: [zoltan.demeter@gehealthcare.com](mailto:zoltan.demeter@gehealthcare.com)

Szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

11.2./ Eladó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság *jogképes*, bejegyzett, érvényes cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

11.3./ Eladó által képviselt szervezet kijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően átlátható szervezetnek minősül. (***ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT – 3. sz. melléklet***)

11.4./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést – különös tekintettel a vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

11.5./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során


egyezség nem jön létre, úgy perértéktől függően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.


11.6./A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai, valamint, az orvostechnikai eszközökről szóló a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet vonatkozó rendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.


Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 3 (három) példány a vevő, 1 (egy) példány az eladó birtokába kerül.

Kelt: 2025. 10. 17. napján

  
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi  
Oktatókórház  
vevő képviseletében  
Dr. Lippai Norbert  
főigazgató  
\*9700 SZOMBATHELY

  
GE Healthcare Magyarország Kft.  
eladó képviseletében  
Földvári Jutas Szvilen és dr. Erőss György  
General Manager és Executive Account  
Manager

3-as pecsét helye (jogi-, szakmai és pénzügyi ellenjegyzés dátummal)

  
Jogi ellenjegyzés .....  
Kelt: ..... 2025. 10. 17. nap  
Szakmai ellenjegyzés .....  
Kelt: ..... 2025. 10. 17. nap  
Pénzügyi ellenjegyzés .....  
Kelt: ..... 2025. 10. 17. nap

FUCHS ÁDÁM  
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattevő műszaki, kereskedelmi ajánlata
2. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3. sz. melléklet


**NYILATKOZAT  
AZ IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT ALVÁLLALKOZÓKRÓL**

Alulírottak,, a **GE Healthcare Magyarország Kft.** (székhely: 1138 Budapest, Bence utca 3.) eladó képviselőjében eljárva, a **Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház** (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevő által lebonyolított „**DSA készülék beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a vevővel ..... napján megkötött szállítási szerződésre hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény 138.§ (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük.

Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés teljesítése során alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

| <i>Alvállalkozó<br/>(neve, székhelye, adószáma, elérhetőség,<br/>képviselőre jogosult személye)</i>  | <i>alvállalkozói<br/>teljesítés aránya<br/>(% és Ft érték)</i> | <i>végzett tevékenység</i> |
|--|--|----------------------------|
| AC Komfort Kft., 2330 Dunaharaszti,<br>Klapka György utca 25., adószám:<br>22929637-2-13, képviselőre jogosult:<br>Hermann János, ügyvezető<br>(ackomfort@gmail.com) | 20%<br>60 000 000,- Ft   | építészeti munkálatok      |

Kelt: Budapest, 2025. ....10.17..... napján

  
Földvári Jutas Szvilen és dr. Eröss György  
GE Healthcare Magyarország Kft.  
eladó

**6. SZ. MELLÉKLET**  
**NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL**

**ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT**

Alulírott Földvári Jutas Szvilen, General Manager és dr. Eröss György, Executive Account Manager, a

**Név: GE Healthcare Magyarország Kft.**

**Székhely: 1138 Budapest, Bence utca 3.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-332949**

**Adószám: 26575113244**

képviselésében kijelentjük, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján:

*a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

***b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:***

*ba) tulajdonosi szerkezte, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

*bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,*

*bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,*

*bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;*

*c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:*

*ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,*

*cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,*

*cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;*

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk.

Szervezetünknek tényleges tulajdonosa nincsen.

**Tulajdonosi szerkezetünk:**

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén  
cégnév,  
székhely és  
cégjegyzékszám,

magányszemély esetén  
név,  
lakcím,  
állampolgárság magyar

(megjelölése szükséges)

**Tényleges tulajdonosaink**

.....  
.....

e) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk.

**Vezető tisztségviselőink:**


név,  
lakcím,  
állampolgárság: .....

név,  
lakcím,  
állampolgárság: .....

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb átláthatósági nyilatkozatot teszünk.

Budapest, 2025. 10. 17.

  
Földvári Jutas Szvilen és dr. Eröss György  
GE Healthcare Magyarország Kft.



**Műszaki követelmények**

**A megajánlott készülék(ek)re vonatkozó általános adatok:**

|  |  |
|--|--|
| A megajánlott készülék(ek) gyártója:     | GE Healthcare Magyarország Kft.        |
| A megajánlott készülék(ek) típusa:       | Allia IGS 5 (Pulse, 30 cm detektorral) |
| Piaci bevezetés éve:                     | 2024                                   |
| Gyártás időpontja:                       | 2025                                   |
| Ajánlattevő neve:                        | GE Healthcare Magyarország Kft.        |
| Hivatalos magyarországi szervizpartnere: | GE Healthcare Magyarország Kft.        |
| A berendezés teljes vételára (nettó Ft): | 295 000 000,- Ft                       |
|  |  |

**A megajánlott készülékre vonatkozó részletes technikai elvárások:**

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték              | Megajánlott érték                  |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Vizsgáló szerkezet:</b>   |                           |                                    |
| Monoplane C-íves   | Igen                      | Igen                               |
| Padlóra telepített   | Igen                      | Igen                               |
| C-ív parkállásba vihető vagy asztallap kifordítható                        | Igen                      | Igen                               |
| RAO/LAO mozgás tartománya  | Min. +/- 100 fok          | +105/-117 fok                      |
| RAO/LAO mozgás sebessége   | Min. 20 fok/sec           | 20 fok/sec                         |
| CRA/CAU mozgás tartománya  | Min. 90 fok               | 95 fok                             |
| CRA/CAU mozgás sebessége   | Min. 18 fok/sec           | 20 fok/sec                         |
| SID tartománya   | Min. 90-115 cm            | 89-119 cm                          |
| Padlóra szerelt C-ív mélysége  | Min. 90 cm                | 107 cm                             |
| <b>C-ív mozgás:</b>  |                           |                                    |
| Ütközésérzékelő és biztonsági rendszerrel ellátott                         | Igen                      | Igen                               |
| Ütközési zónához közeledve automatikusan lassuló mozgás                    | Igen                      | Igen                               |
| Programozható C-ív beállítások száma                                       | Min. 45 db                | 49 pozíció                         |
| Referencia kép és C-ív pozíció együttes tárolása                           | Igen                      | Igen                               |
| Ref. kép vetítési szögéhez tartozó C-ív pozíció visszahívása és beállítása | Igen                      | Igen                               |
| <b>Vizsgáló asztal:</b>  |                           |                                    |
| Fix, padlóra telepített  | Igen                      | Igen                               |
| Asztallap teljes hossza  | Min. 225 cm               | 333 cm                             |
| Asztallap szélessége   | Min. 45 cm                | 46 cm                              |
| Hosszirányú mozgása  | Min. 110 cm               | 170 cm                             |
| Átvilágítható pácienshossz   | Min. 185 cm               | 195 cm                             |
| Oldalirányú mozgás   | Min. +/- 14 cm            | +/- 14 cm                          |
| Asztallap elfordíthatósága   | Min. +/- 90 fok           | +/- 180 fok                        |
| Asztallap sugárelnyelése   | Max. 1.4 mm Al egyenérték | Kisebb, mint 0.85 mm Al egyenérték |
| Magasság állíthatóság tartománya   | Min. 28 cm                | 30 cm (78-108 cm)                  |
| Magasság változtathatóság sebessége  | Min. 2 cm/sec             | 2 cm/sec                           |

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték                   | Megajánlott érték                      |
|--|--------------------------------|--|
| Maximális pácienssúly  | Min. 200 kg                    | 204 kg                                 |
| <b>Generátor:</b>  |                                |  |
| Nagyfrekvenciás, impulzus üzemű, mikroprocesszor vezérelt  | Igen                           | Igen                                   |
| Max. teljesítmény 100 kV-nál   | Min. 100 kW                    | 100 kW                                 |
| kV tartomány felvételénél  | Min. 50-125 kV                 | 50-125 kV                              |
| A RTG generátor folyamatos teljesítménye átvilágításnál legalább 15 min-on keresztül   | Min. 2500 W                    | 3200 W                                 |
| Rácsvezérelt (grid-switched) átvilágítás   | Igen                           | Igen                                   |
| Választható dózis szint tartomány  | Min. 3 szint                   | 5 átvilágítási, 4 felvételi dózisszint |
| <b>Röntgenső:</b>  |                                |  |
| Típusa   | Kérjük megadni                 | Performix Pulsar                       |
| Fókuszok száma   | Min. 2                         | 3 db                                   |
| Legkisebb fókusz mérete  | Max. 0,5 mm                    | 0,3 mm                                 |
| Legnagyobb fókusz teljesítménye  | Min 85 kW                      | 87,2 kW                                |
| kV tartomány   | Min. 50 – 125 kV               | 50 – 125 kV                            |
| Csőbúra hőkapacitása   | Min. 6 MHU                     | 7,8 MHU                                |
| <b>Megjelenítő rendszer:</b>   |                                |  |
| Flat detektor aktív felületének mérete   | 30x30cm vagy 29x38 cm          | 31x31 cm                               |
| Pixelméret   | Max. 200 µm                    | 200 µm                                 |
| Felvételi képmátrix 25 fps-nél   | Min. 1024x1024                 | 1536x1536                              |
| <b>DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (értékelési szempont)</b>  | <b>Min. 77%</b>                | <b>84%</b>                             |
| <b>Kollimátor:</b>   |                                |  |
| Dózis nélküli kollimáció   | Igen                           | Igen                                   |
| Kontúr filter  | Igen                           | Igen                                   |
| Cu filterek száma, vagy kiegészítő sugárszűrő filterek választási lehetőségeinek száma   | Min. 3                         | 5 db                                   |
| Cu filterek automatikusan adaptálódnak/cserélődnek a betegmérethez illeszkedve átvilágítás és felvétel esetén, vagy kiegészítő sugárszűrő filterek automatikusan beválasztódnak a tervezett vizsgálatnak megfelelően | Igen                           | Igen                                   |
| <b>Képviteli rendszer (monitorok):</b>   |                                |  |
| <b>Monitorok a vizsgáló helyiségben:</b>   |                                |  |
| Mennyezeti tartó rendszeren elhelyezett nagyfelbontású TFT   | 1 db min. 55" képátló          | 1 db 55" képátló                       |
| Felbontás  | Min 3840x2160 (azaz min. 8 MP) | 3840x2160 (azaz 8 MP)                  |
| Bemenő videojelek száma  | Min 8 csatorna                 | 8 csatorna                             |
| Azonos időben látható csatornák száma  | Min 6 csatorna                 | 6 csatorna                             |
| Fényerő (kalibrált)  | Min. 400 cd /m <sup>2</sup>    | 400 cd /m <sup>2</sup>                 |
| Frissítési frekvencia  | Min. 60 Hz                     | 60 Hz                                  |

| Paraméter megnevezése   | Előírt érték                             | Megajánlott érték   |
|---|--|---|
| Monitor tartó rendszer mozgási lehetőségei (hosszirányú, keresztirányú, függőleges és forgathatóság)  | Min. 6 irányban                          | 6+2 irány:<br>hosszirányú,<br>keresztirányú,<br>függőleges, plusz<br>forgathatóság) |
| A monitor vészüzemmódban csökkentett képi megjelenítést tesz lehetővé vagy a monitor 180 fokos elforgatásával 2 db minimum 18" monitor lép üzembe vész üzemmódban   | Igen                                     | Igen, a monitor 180 fokos elforgatásával 2 db 19" monitor lép üzembe                |
| <b>Monitorok a kontroll helyiségben:</b>  |  |   |
| Asztalon elhelyezett 2 db minimum 18" vagy 1 db 27" integrált LCD monitor   | Igen                                     | 2 db 19" monitor  |
| Monitor fényereje   | Min. 180 cd/m <sup>2</sup>               | 700 cd/m <sup>2</sup>   |
| Nem képi információk megjelenítése a vizsgálóban (gantry pozíció, cső állapot)  | Igen                                     | Igen (gantry pozíció, cső állapot, dózisinformációk)                                |
| <b>Vezérlőkonzol:</b>   |  |   |
| A képfeldolgozás, visszajátszás és post processzási funkciók a páciens asztal melletti érintőképernyős vezérlőkonzolról is vezérelhetők   | Igen                                     | Igen  |
| Érintőképernyőn kiválasztható személyreszabott munkafolyamatok (Case Flows, ProcedureCards, MyIQ+Personalization vagy ekvivalens megoldás)  | Igen                                     | Igen MyIQ + Personalization megoldás  |
| <b>Sugárterhelést csökkentő módszerek, dózismérő kamra:</b>   |  |   |
| Neurális hálózaton és/vagy Mesterséges Intelligencia vezérlésen alapuló intelligens képlánc, amely mind a 6 röntgen paramétert valós időben optimalizálja: kV, mA, ms, fókuszpont, spektrális szűrő (Cu-szűrő), detektordózis (CNR) (értékelési szempont) | Kérjük megadni                           | Igen, AutoRight PLUS képlánc  |
| Digitális pulzáló fluoroszkópia lehetséges sebességei   | Min. 3,75-4; 7,5; 15 és 30 kép/másodperc | Igen, 3,75; 7,5; 15 és 30 kép/másodperc   |
| Kollimátor lemezek pozicionálása a monitoron röntgensugár nélkül  | Igen                                     | Igen  |
| Dinamikus átvilágítási kép tárolása lehetséges  | Igen                                     | Igen  |
| Dózisküszöbértékek beállítása és jelzés a felhasználó részére azok átlépésekor  | Igen                                     | Igen  |
| Sugárszűrő filterek automatikusan beválasztódnak, vagy kiegészítő sugárszűrő filterek automatikusan beválasztódnak a tervezett vizsgálatnak megfelelően   | Igen                                     | Igen  |
| Átvilágítási dóziserő maximuma (15 kép/s-nál) 0,2 mGy/sec   | Igen                                     | Igen  |

| Paraméter megnevezése   | Előírt érték          | Megajánlott érték  |
|---|-----------------------|--|
| Átlátszó felsőtest sugárvédelem min. 0,5 mm Pb egyenértékkel, mennyezeti lámpával (min 50.000 lux)  | Igen                  | Igen, 70 000 lux   |
| Alsótest sugárvédelem 0,5 mm ólom egyenérték  | Igen                  | Igen   |
| <b>Digitális tárolás és postprocessing:</b>   |                       |  |
| Beépített on-line képtároló kapacitás   | min 50.000 kép        | Igen, 68 000 kép   |
| Digitális képjavító és postprocessing funkciók: min. ablakozás, képfordítás, digitális szűrés, élkimelés, blendézés                         | Igen                  | Igen, ablakozás, képfordítás, digitális szűrés, élkimelés, blendézés |
| Cardiac felvételi üzemmódok minimum 30 kép/másodperc  | Igen                  | Igen, 7,5, 15, 30 kép/másodperc                                      |
| DSA üzemmódok   | Min. 0.5-6 fps        | 0.5-7.5 fps  |
| 2D Roadmapping  | Igen                  | Igen, <i>Blended Roadmap</i> funkció                                 |
| Alacsony dózisu átvilágítási üzemmódok minimum 3,75 kép/másodperc   | Igen                  | Igen, 3,75 kép/másodperc   |
| QCA (sztenózis), LVA (balkamra) analízis  | Igen                  | Igen   |
| A sztenózis analízis kivitelezéséhez a vizsgáló orvos a vizsgáló asztal mellől közvetlenül jelölheti ki a képen a vizsgálandó érszakaszokat | Igen                  | Igen, <i>OneTouch QA</i> funkció                                     |
| Szentkiemelő algoritmus kontrasztanyag nélkül   | Igen                  | Igen, <i>StentViz</i>  |
| <b>Szentkiemelő algoritmus bifurkációkra azaz 2 sztent beültetés esetére (4 marker használatával) (értékelési szempont)</b>                 | <b>Kérjük megadni</b> | Igen, <i>StentViz</i>  |
| 3D rotációs angiográfia szubtrakciós és non-szubtrakciós módban   | Igen                  | Igen, <i>3DCT HD</i> és <i>Subtracted 3D</i> funkció                 |
| CT-jellegű képképzés (CBCT) csontok, lágyszövetek, vérzés, kimutatására   | Igen                  | Igen, <i>3DCT HD</i> funkció   |
| 3D roadmapping (2D/3D képfúzió): Műbillentyű beültetés (TAVI) megtervezésére és monitorizálására alkalmas szoftver és hardver               | Igen                  | Igen, <i>Valve ASSIST 2</i> funkció                                  |
| Léptetéses, vagy bólus követéses angiográfia  | Igen                  | Igen, <i>InnovaBreeze</i> funkció                                    |
| Bóluskövetés során keletkezett képsorozat egybeillesztése (pasting) egy DICOM képpé   | Igen                  | Igen, <i>Advantage Paste</i> funkció                                 |
| Embolizáció tervező szoftvercsomag és 3D roadmap fúzió embolizáció végrehajtására   | Igen                  | Igen, <i>Embo ASSIST</i> funkció                                     |
| A vizsgálat távirányítással elindítható a vezérlőből a személyzet sugárterhelésének csökkentése érdekében                                   | Igen                  | Igen   |
| <b>Embolizáció szimulációja virtuális injekcióval (értékelési szempont)</b>   | <b>Kérjük megadni</b> | Igen, <i>Embo ASSIST</i> funkció                                     |
| Más modalitáson elvégzett vizsgálatok koregisztrációs lehetősége, fluoroszkópiára   | Igen                  | Igen, <i>Vessel ASSIST</i> funkció                                   |

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték  | Megajánlott érték                                    |
|--|---|--|
| vetített formában megjelenítve (fúziós képalkotás)   |   |  |
| <b>Különálló posztprocesszáló munkaállomás:</b>  |   |  |
| Minimum 1 db 18" LCD monitor   | Igen  | Igen, 2 db 19" LCD Monitor                           |
| Minimum 32 GB RAM és hatmagos processzor   | Igen  | Igen 64 GB RAM, nyolcmagos processzor                |
| Képtárolás   | Min. 40.000 kép<br>1024x1024x12 bit<br>felbontással | Igen 400 000 kép<br>1024x1024x16 bit<br>felbontással |
| Multi modalitás (XA, CT, MR, PET) kijelzés/review/archiválási képesség   | Igen  | Igen   |
| Páciens adatbázis kezelés, worklist kezelés a kórházi hálózaton belül  | Igen  | Igen   |
| Adat exportálás lehetősége JPEG, MPEG, AVI formátumban   | Igen  | Igen   |
| DICOM print  | Igen  | Igen   |
| DICOM Send / Receive   | Igen  | Igen   |
| DICOM Query / Retrieve   | Igen  | Igen   |
| DICOM Storage Commitment   | Igen  | Igen   |
| DICOM Worklist   | Igen  | Igen   |
| Beépített CD/DVD-re és USB történő archiválás  | Igen  | Igen   |
| CD/DVD-n mentett adatok visszatöltése a rendszerbe   | Igen  | Igen   |
| <b>Hemodinamikai regisztráló és információs rendszer:</b>  |   |  |
| Fix telepítésű, modern, PC alapú rendszer, amely képes a beteg demográfiai adatainak, a vizsgálat alatt keletkező paraméterek fogadására, feldolgozására, real-time kijelzésére, regisztrálására és tárolására | Igen  | Igen   |
| Az EKG és a keletkező fiziológiai jelek színes monitoron ábrázolhatók legyenek a vizsgáló helyiségen belül és kívül egyidejű hardcopy vagy más elektronikus rögzítési lehetőséggel                             | Igen  | Igen   |
| A röntgenberendezés és hemodinamikai rendszer között közvetlen, többcsatornás jelátvitel biztosított legyen (min. demográfiai adatok)  | Igen  | Igen   |
| Sugárvédett területen elhelyezett  | Igen  | Igen   |
| Korszerű, a regisztráló pulthoz integrált, az egész rendszer vezérlésére alkalmas PC   | Igen  | Igen   |
| Teljes párhuzamos működés (az adatgyűjtés, feldolgozás, archiválás, kiértékelés és nyomtatás egyidejűleg végrehajtható)  | Igen  | Igen   |
| 7 EKG elvezetés szimultán fogadására alkalmas csatorna (min. DC shock leválasztóval, tremor és hálózati szűrővel)  | Igen  | Igen   |

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték | Megajánlott érték  |
|--|--------------|--|
| Jelátalakítók a vizsgáló asztalon vagy a vizsgáló asztalban elhelyezhetők  | Igen         | Igen   |
| Nyomásmérő csatornákon SW kontrollált automatikus nullázási elektronikus kalibrálási lehetőség   | Igen         | Igen   |
| Az összes EKG csatorna egyetlen gombnyomással kalibrálható   | Igen         | Igen   |
| Azonnali, egy gombnyomással indítható képernyőtartalom regisztrálási lehetőség   | Igen         | Igen   |
| EKG alapvonal stabilitás biztosítása   | Igen         | Igen   |
| RTG árnyékot nem adó (szénszálas) és hagyományos (réz) EKG kábelek egyaránt csatlakoztathatók  | Igen         | Igen   |
| Min. 12 csatorna ábrázolása alfa-numerikus kijelzéssel és csatorna-azonosítással, min.10-2550 vagy 12,5-25-50 mm/sec sebességgel, jelanalízisnél frozen kép a mérési pontok kijelzésével és legalább egy folytonos fiziológiai jelábrázolással | Igen         | Igen, 5-400 mm/sec sebességgel   |
| 2 db min. 18" TFT monitor a vezérlőben, továbbá, a vizsgálóhelyiségben elhelyezett nagyfelbontású monitoron való megjeleníthetőség   | Igen         | Igen 2 db 24" TFT monitor a vezérlőben, továbbá, a vizsgálóhelyiségben elhelyezett nagyfelbontású monitoron való megjeleníthetőség |
| A4-es formátumban archiválható lézer printout, mely milliméter beosztású és tartalmazza automatikusan a következőket: betegnév, betegazonosító, vizsgálati dátum (év, hónap, nap, óra, perc), csatorna, szívfrekvencia és nyomásparaméterek    | Igen         | Igen   |
| Automatikus görbe és alakfelismerés  | Igen         | Igen   |
| A mért és kapott adatok alapján származtatott paraméterek kalkulálása, úgymint (min. nyomásgradiens, billentyű area, áramlás, shunt ellenállás)  | Igen         | Igen (nyomásgradiens, billentyű area, áramlás, shunt ellenállás)   |
| Az automatikusan mért, illetve kalkulált adatok interaktív felülbírási lehetősége, ill. felülírhatósága  | Igen         | Igen   |
| Min. 2 szimultán nyomásgörbe analízis  | Igen         | Igen   |
| <b>Mobil ultrahang:</b>  |              |  |
| Hordozható Vezeték nélküli ultrahang készülék, dual vizsgálófejjel (konvex és lineáris) tablettes vagy mobiltelefonos képmegjelenítéssel, melynek  | 1 db         | Igen, 1db <i>Vscan Air</i> ultrahang készülék  |

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték         | Megajánlott érték                      |
|--|----------------------|--|
| képe a vizsgálóhelységben elhelyezett nagyfelbontású monitoron is megjeleníthető   |                      |  |
| <b>Angiográfias nagy-nyomású kontraszt-anyag injektor:</b>   | <i>1 db</i>          | <i>1 db</i>                            |
| Gyártó megnevezése:  | kérjük megadni       | Bayer                                  |
| Készülék típusa  | kérjük megadni       | Medrad Arterion 7                      |
| Beadható kontrasztanyag mennyisége   | min 5 ml             | 1-150 ml-ig, 1 ml növekménnyel         |
| Flow rate  | min 1-25 ml/s        | 0,1- 45,0 ml/s-ig, 0,1 ml növekménnyel |
| Angiográfias berendezés által vezérelt automatikus befecskendezés  | igen                 | Igen                                   |
| <b>Szervizhátér</b>  |                      |  |
| Magyarországi telephelyű szervizpartner  | Igen                 | Igen                                   |
| Gyártó által kiképzett, legalább 5 év röntgenberendezés szerviztapasztalattal rendelkező szakemberek rendelkezésre állása              | Min. 2 fő            | Igen, 2 fő                             |
| A szerviz reagálási ideje a dokumentált hibabejelentéstől számítva minden naptári napon  | Max. 4 óra           | Igen, 4 óra                            |
| A hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva  | Max. 3 munkanap      | Igen, 3 munkanap                       |
| A berendezés éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása  | Min. 95 %            | Igen, 95%                              |
| A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti osztályba sorolásáról                               | Kérjük megadni       | IIb                                    |
| Készülék használatának betanítása magyar nyelven, minimum 2 alkalommal, minimum 2 óra időtartamban, minimum 2 fő részére               | igen                 | Igen                                   |
| Magyar nyelvű használati utasítás  | igen                 | Igen                                   |
| Garantált alkatrészellátás időtartama az üzembe helyezéstől számítva minimum 10 év   | igen, kérjük megadni | Igen, 10 év                            |
| Jótállási idő minimum 18 hónap   | Igen, kérjük megadni | Igen, 18 hónap                         |
| Teljeskörű, a vákuumtechnikai eszközöket is beleértve (FULL) szerviz a gyártói előírásoknak megfelelően, a garanciális időtartam alatt | igen                 | Igen                                   |
| A rendszerhez járó esetleges updatek biztosítása a garanciális idő alatt.  | igen                 | Igen                                   |
| A 21/2018 (VII.9) EMMI rendelet szerinti átvételi vizsgálat elvégzése.   | igen                 | Igen                                   |

| Paraméter megnevezése  | Előírt érték                        | Megajánlott érték    |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Gyártói előírások alapján a karbantartás szükséges évenkénti gyakorisága:  | kérjük megadni                      | 2                    |
| Átalánydíjas karbantartási és javítási szervíz szolgáltatás éves ára szoftverfrissítéssel, rtg csővel kiszállási és összes egyéb rezszi óra díjakkal. (FULL szervíz) A vállalt garancia idő utáni első 2 évre vonatkozóan) Magyar forintban-ban éves bontásban kérjük megadni. (értékelésnél a beszerzés tárgyát képező készülékekre meghatározott ár összeadásra kerül) | Értékelési szempont, 10-es súlyszám | 13 000 000,- Ft / év |

Budapest, 2025. szeptember 12.



Földvári Jutas Szilveszter és dr. Erőss György  
GE Healthcare Magyarország Kft.